

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 1 de 16

ITEM	QTD	UN	Embalagem	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
1	750	CAIXA	Caixa com 100 un	<p>LUVA NITRÍLICA, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO), COR: AZUL, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Luva para procedimento não cirúrgico; -Borracha sintética (nitrilo); -Superfície texturizada em parte (ponta dos dedos); -Ambidestra; -Não estéril; -Isenta de pó; -Totalmente impermeável à água e a outros fluidos; -Livre de látex; -Na cor: Azul; -Validade: 03 anos <p>O tamanho será informado no momento do pedido. Pondendo ser P, M, G ou GG.</p>
2	330	FRASCO	FRASCO DE 1000 ML	<p>ALCOOL, TIPO: ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70 %, APLICAÇÃO: PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ml;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Alcool Etilico; a 70%; para Desinfeccao de Superficie e Artigos Semi-criticos e Nao Criticos; Frasco Adequado; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Atender a Legislaao Vigente; Registro na Anvisa; Frasco de 1000 ml.</p>
3	30	UNIDADE	UNIDADE	<p>ÓCULOS, TIPO: DE SEGURANÇA, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: INCOLOR;</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor. Uma peça de plástico rígido preto é encaixada ao visor e possui duas hastes compridas para encaixe de um apoio nasal de plástico maleável. As hastes do tipo espátula são confeccionadas de material plástico preto e fixa à extremidade do visor através de encaixe e recoberta de borracha macia preta.</p>
4	20	UNIDADE	UNIDADE	<p>PROTETOR, TIPO: AURICULAR, MATERIAL: COPOLÍMERO, TAMANHO(S): ÚNICO, COR: AZUL OU LARANJA;</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Protetor Auricular, Tamanho único com 3 flanges tipo "cogumelo"; - Macio, antialérgico, seu design se adapta confortavelmente em qualquer canal auditivo; - Podem ser reutilizado bastando apenas serem lavados com água e sabão neutro; - Fabricado em copolímero; - Com cordão; - Atenuação em até 15 dB; - Cor: Laranja.
5	10	Unidade	Unidade	<p>PRANCHA RÍGIDA, TIPO: PARA RESGATE, MODELO: ADULTO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO: 0,50 X 1,80 cm (APROXIMADAMENTE), PESO: 6,7 kg;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>PRANCHA - (RÍGIDA);</p> <p>TIPO: PARA RESGATE;</p> <p>MODELO: ADULTO;</p> <p>MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MODULADO EM PEÇA ÚNICA;</p> <p>TAMANHO: 0,50X1,80 CM APROXIMADAMENTE;</p> <p>PESO : 6,7 KG;</p> <p>CAPACIDADE: 180 KG;</p> <p>COM CORTE PRÓPRIO PARA RESGATE, FENDAS LATERAIS QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DE TIRANTES DE NYLON, E INSCRIÇÃO EM SISTEMA SILCADA, CENTRALIZADA, EM TINTA QUE PERMITA A RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DAS PALAVRAS "BOMBEIRO MILITAR" NO FORMATO DE MEIA LUA E "BLUMENAU-SC" RETO ABAIXO DA DESCRIÇÃO BOMBEIRO MILITAR;</p> <p>UNIDADE: PEÇA;</p> <p>EMBALAGEM: PLÁSTICA.</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 2 de 16

6	15	UNIDADE	UNIDADE	BATERIA, TIPO: COMPATÍVEL COM DESFRIBILADOR LIFEPAK 1000, MATERIAL: LÍCIO DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2), VOLTAGEM: 12 VOLTS, 6.2 AMP-HORAS, NÃO RECARREGÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BATERIA DE LÍCIO DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2), 12.0 V, 6.2 AMP-HORAS, NÃO RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE 440 DESCARGAS DE 200 JOULES OU 1030 MINUTOS DE TEMPO OPERACIONAL COM UMA BATERIA NOVA. PESO: 0,45 KG, TEMPO DE VIDA EM STANDBY: 05 ANOS; RESISTENTE A CONDIÇÕES AMBIENTAIS: IMPACTO, QUEDA, VIBRAÇÃO, UMIDADE RELATIVA, POEIRA / ÁGUA, ETC; COMPATÍVEL COM DESFRIBILADOR LIFEPAK 1000.
7	6	Unidade	Unidade	BOLSA, MODELO: PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO E CILINDRO DE OXIGÊNIO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLSA; PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO; TAMANHO: REGULAR OU JUMBO; QUE PERMITE TRANSPORTAR O CILINDRO EM SUAS COSTAS OU FIXÁ-LO A UMA MACA ATRAVÉS DE ALÇAS FLEXÍVEIS CONFECCIONADAS EM VELCRO; QUE PERMITA AO USUÁRIO ABRIR A PARTE FRONTAL E ACESSAR O EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO, BEM COMO A MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SEM A NECESSIDADE DE ABRIR TOTALMENTE AS BOLSAS; OFERECENDO MÃOS LIVRES DURANTE O TRANSPORTE; UMA JANELA TRANSPARENTE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO DO CILINDRO SEM TER QUE ABRIR A BOLSA; POSSUI FAIXAS REFLETIVAS NOTURNAS NA PARTE FRONTAL E LATERAL CONFECCIONADA EM NYLON; GARANTIA: 01 ANOS; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.
8	5	PACOTE	PACOTE C/ 100 UN.	ABAIXADOR DE LINGUA, MATERIAL: MADEIRA, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES
9	250	FRASCO	FRASCO 1000ML	ÁGUA OXIGENADA, DOSAGEM: 10 %, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ml
10	265	UN	UN	BANDAGEM, TIPO: TRIANGULAR, MATERIAL: TNT (GRAMATURA 50), DIMENSÕES: 100 cm x 100 cm x 145 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BANDAGEM TRIANGULAR PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE HEMOSTASIA E IMOBILIZAÇÃO DE FRATURAS. CONFECCIONADAS EM TNT COM GRAMATURA 50. NAS DIMENSÕES 100X100X145 CM. DEVENDO VIR ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADES SOLDADAS POR PROCESSO A QUENTE. DEVENDO POSSUIR UMA ETIQUETA INTERNA IDENTIFICADA COM UMA CRUZ DA VIDA E A INSCRIÇÃO "BANDAGEM TRIANGULAR". ESTANDO ACONDICIONADA DOBRADA EM DIMENSÕES DE 10X10 CM.
11	12	Unidade	Unidade	ASPIRADOR, TIPO: DE SECREÇÃO, MODELO: MANUAL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção manual, portátil, não elétrico, com frasco coletor; Permite o processo de esterilização; Acompanha bomba reutilizável do aspirador, e permite sucção através de tubo endotraqueal; Pressão Mínima de Sucção: 100cm de água; Capacidade Mínima Frasco Coletor: 300ml.
12	15000	UN	UN	COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO, CONFECCIONADA EM PURO ALGODÃO HIDROFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS E NÃO ESTERIL. COM QUATRO CAMADAS, NAS DIMENSÕES DE 45CM X 50CM, ACABAMENTO EM COSTURA "OVER LOCK" NAS QUATRO LATERAIS. DEVERÁ POSSUIR AINDA, COSTURADO EM UMA DAS EXTREMIDADES, UM CADERCO DUPLO DE ALGODÃO BRANCO, DE APROXIMADAMENTE 14CM. DEVERÁ VIR EMBALADAS, CADA UNIDADE SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA NA COR VERDE, VERMELHA, AZUL, AMARELA OU LARANJA, LACRADA POR PROCESSO DE SELADORA A QUENTE

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 3 de 16

13	8	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº 0;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
14	5	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº 1;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
15	5	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº2;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
16	5	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº 3;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
17	5	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº 4;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
18	5	UNIDADE	UNIDADE	<p>CANULA DE GUEDEL, Nº 5;</p> <p>MATERIAL: PVC ATÓXICO, RÍGIDO, NÃO FLEXÍVEL A PRESSÃO DE MORDEDURA, COM PORÇÃO DISTAL ACHATADA, COM LUZ CENTRAL, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA PASSAGEM DE AR E INTRODUÇÃO DE ASPIRAÇÃO;</p> <p>ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
19	50	UN	UN	<p>COLAR CERVICAL ADULTO PP -</p> <p>especificação técnica:</p> <p>COMPLETAMENTE RADIO-TRANSPARENTES, CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCO OPACO, COM ACABAMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FITAS COLORIDAS DE VELCRO E ABERTURA NA REGIÃO ANTERIOR CENTRAL, PARA QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO, COMPOSTO AINDA POR SUPORTE FRONTAL PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO MENTONIANA</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 4 de 16

20	100	UN	UN	<p>COLAR CERVICAL ADULTO P -</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>COMPLETAMENTE RADIO-TRANSPARENTES, CONFECCIONADOS EM PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCO OPACO, COM ACABAMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO, FECHAMENTO ATRAVES DE FITAS COLORIDAS DE VELCRO E ABERTURA NA REGIAO ANTERIOR CENTRAL, PARA QUE PERMITA A VERIFICACAO DO PULSO CAROTIDEO, COMPOSTO AINDA POR SUPORTE FRONTAL PARA ACOMODACAO DA REGIAO MENTONIANA</p>
21	100	UN	UN	<p>COLAR CERVICAL ADULTO M -</p> <p>especificação técnica:</p> <p>COMPLETAMENTE RADIO-TRANSPARENTES, CONFECCIONADOS EM PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCO OPACO, COM ACABAMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO, FECHAMENTO ATRAVES DE FITAS COLORIDAS DE VELCRO E ABERTURA NA REGIAO ANTERIOR CENTRAL, PARA QUE PERMITA A VERIFICACAO DO PULSO CAROTIDEO, COMPOSTO AINDA POR SUPORTE FRONTAL PARA ACOMODACAO DA REGIAO MENTONIANA</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 5 de 16

22	2	UNIDADE	Bolsa	<p>DESFIBRILADOR</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: MEDIDOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA E APLICADOR DE CHOQUES FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADO BIFÁSICO, COM COMPENSAÇÃO DE VOLTAGEM E DURAÇÃO PARA A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE;</p> <p>PROTEÇÃO ELÉTRICA: ENTRADA PROTEGIDA CONTRA IMPULSOS DE ALTA VOLTAGEM DO DESFIBRILADOR DE ACORDO COM A NORMA IEC 60601-1;</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE. IEC 60601-1;</p> <p>FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 PARA 300 BPM EM EXIBIÇÃO DIGITAL;</p> <p>EXIBIÇÃO DO ECG: A INFORMAÇÃO DO ECG É RECEBIDA DAS PÂS DE TERAPIA APLICADAS ÀS POSIÇÕES ANTERO-LATERAL OU ANTERO-POSTERIOR, OU DO CABO ECG DE 3 FIOS EM DERIVAÇÃO II;</p> <p>POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO PACIENTE VIA CABO 3 VIAS DE ECG. ORIENTAÇÃO DE VOZ EM IDIOMA PORTUGUÊS.</p> <p>CONTROLES ON/OFF: CONTROLA O ACIONAMENTO DO APARELHO;</p> <p>CHOQUE: CONTROLA A LIBERAÇÃO DA ENERGIA PARA DESFIBRILAÇÃO;</p> <p>TECLAS MULTIFUNCIONAIS: UTILIZADAS DURANTE A CONFIGURAÇÃO DO APARELHO OU USO COM PACIENTE:</p> <p>ANALISAR, CARREGAR E DESARMAR;</p> <p>TECLA MENU: UTILIZADA PARA ACESSAR RECURSOS ADICIONAIS DO APARELHO;</p> <p>INDICADOR OK: INDICA OK QUANDO O ÚLTIMO AUTO-TESTE FOR COMPLETADO COM SUCESSO. ENQUANTO VISÍVEL, TODOS OS OUTROS INDICADORES NÃO SÃO VISÍVEIS;</p> <p>INDICADOR DE CAPACIDADE DA BATERIA: INDICADOR SEGMENTADO QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DA BATERIA;</p> <p>INDICADOR DE MANUTENÇÃO: EXIGE A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANDO EXIBIDO;</p> <p>CAPACIDADE DE MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DUAL PARA PACIENTE. MÍNIMO DE 40 MINUTOS DE ECG PARA O PACIENTE ATUAL. DADOS SUMARIZADOS DO PACIENTE ANTERIOR SÃO ARMAZENADOS;</p> <p>RELATÓRIO: ECG CONTÍNUO. SUMÁRIO DOS EVENTOS CRÍTICOS DE RESSUSCITAÇÃO E AS FORMAS DE ONDA ECG ASSOCIADAS. RELATÓRIO DE MARCAÇÕES DE TEMPO REFLETINDO AS ATIVIDADES DO OPERADOR E DO APARELHO.</p> <p>RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS AUTO-TESTES;</p> <p>CAPACIDADE: MÍNIMO DE 100 ENTRADAS DE REGISTROS COM MARCAÇÕES DE TEMPO;</p> <p>ANÁLISE DE DADOS: CODE-STAT SUÍTE 6.0 (MÍNIMO) OU DATA TRANSFER EXPRESS 2.0 (MÍNIMO);</p> <p>COMUNICAÇÃO: TRANSFERÊNCIA SEM FIO POR INFRAVERMELHO PARA UM COMPUTADOR PESSOAL;</p> <p>POSSIBILITAR CHOQUES DE 360 JOULES. MÍNIMO ACEITÁVEL IP 55 BATERIA DE LÍTIO DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2), 12.0 V, 6.2 AMP-HORAS, NÃO RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE 440 DESCARGAS DE 200 JOULES OU 1030 MINUTOS DE TEMPO OPERACIONAL COM UMA BATERIA NOVA. PESO: 0,45 KG, TEMPO DE VIDA EM STANDBY: 05 ANOS; RESISTENTE A CONDIÇÕES AMBIENTAIS: IMPACTO, QUEDA, VIBRAÇÃO, UMIDADE RELATIVA, POEIRA / ÁGUA,ETC;</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 3,0 KG COM BATERIA NÃO RECARREGÁVEL E ELETRODOS . ALTURA: 8.7 CM. LARGURA: 23.4 CM. PROFUNDIDADE: 27.7 CM.</p> <p>MODO DEA: SISTEMA DE ANÁLISE DE ECG QUE AVISA SE UM CHOQUE FOR APROPRIADO, ATENDE O CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE RITMO ESPECIFICADO NA DF80 E IEC 60601-2-4. NO MODO DEA, O APARELHO SOMENTE PERMITE A APLICAÇÃO DO CHOQUE SE O SISTEMA SAS RECOMENDAR A DESFIBRILAÇÃO;</p> <p>SEQÜÊNCIA DE ENERGIA: MÚLTIPLOS NÍVEIS, CONFIGURÁVEIS DE 150 A 360 JOULES.</p> <p>MODO ECG MOSTRADOR DE ECG PACIENTE: FORNECE A EXIBIÇÃO DO ECG NÃO-DIAGNÓSTICO DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE.</p> <p>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 02 (DOIS) PAR DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTO COLANTE USO ADULTO PARA DESFIBRILAÇÃO; 01 (UMA) BATERIA DE LÍTIO DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2) NÃO RECARREGÁVEL; 01 (UMA) BOLSA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO; 01 (UM) CD DE DEMONSTRAÇÃO.</p> <p>UNIDADE: UNIDADE EMBALAGEM: BOLSA</p>
----	---	---------	-------	---

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 6 de 16

23	300	UNIDADE	UNIDADE	BANDAGEM, TIPO: TRIANGULAR, MATERIAL: ALGODÃO CRU, DIMENSÕES: 150cm (BASE) x 110 cm (LADO) x 110 cm (LADO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Bandagem Triangular; Composta de Algodao Cru; Com Espessura de 0.28mm; Com Dimensoes Base x Lado x Lado 150cm x 110 Cm x 110cm Com Tolerancia de +/-10cm; Acabamento Overlocado; Devera Resistir a Tracao de 3.9 Libras Ou 17 Kn; Com Finalidade de Imobilizacao Temporaria de Membros Superiores; Embalada Em Pacote Individual;
24	30	ROLO	ROLO	ESPARADRAPO, COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODAO ADESIVO, COR: BRANCO, COM BORDAS QUE NÃO DESFIEM; FACILIDADE PARA RASGAR E EXCELENTE FLEXIBILIDADE, APRESENTAÇÃO: ROLO DE 5 cm x 4,5 m, COM CAPA OU PROTETOR
25	30	ROLO	ROLO	ESPARADRAPO, COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODAO ADESIVO, COR: BRANCO, COM BORDAS QUE NÃO DESFIEM, FACILIDADE PARA RASGAR E EXCELENTE FLEXIBILIDADE, APRESENTAÇÃO: ROLO DE 2,5 cm x 4,5 m, COM CAPA OU PROTETOR; O PRODUTO DEVERA TER EM SEU ROTULO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRODUTO NAO DEVERA TER VALIDADE INFERIOR A SEIS MESES.
26	300	UNIDADE	Caixa	ESPARADRAPO TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA: MATERIAL: MICROPORE TAMANHO: 2,5 CM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO UNIDADE: UNIDADE EMBALAGEM: CAIXA
27	300	UNIDADE	Caixa	ESPARADRAPO TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA: MATERIAL: MICROPORE TAMANHO: 5 CM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO UNIDADE: UNIDADE EMBALAGEM: CAIXA
28	6000	PACOTE	PACOTE C/ 10 UN	COMPRESSA, TIPO: DE GAZÉ, MODELO: 13 FIOS, TAMANHO(S): 10 X 10 cm, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM 05 DOBRAS; 08 CAMADAS, ESTÉRIL, QUE NÃO SE ROMPA OU ESGARCE COM O MANUSEIO, EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES, VALIDADE: 05 ANOS APÓS ESTERILIZADA, OBS:: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
29	60	UN	UN	FIXADOR LATERAL DE CABECA E PESCOÇO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DESTINADO A FIXACAO LATERAL DA CABECA DA VITIMA NA MACA RIGIDA. CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO ESPUMA EMBORRACHADA, DE FACIL LAVAGEM E QUE NAO ABSORVA FLUIDOS CORPORAIS (SANGUE, SALIVA, VOMITO, ETC). EM FORMATO CONCAVO PARA PERMITIR FACILMENTE SEU AJUSTE A CABECA DA VITIMA. DEVERA POSSUIR TAMBEM UM VASADO DE LADO A LADO NO CENTRO DA PARTE CONCAVA QUE PERMITA A VISUALIZACAO DOS OUVIDOS DA VITIMA. DEVERA TER UMA BASE PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA RIGIDA, COM 02 CORREIAS REGULADORAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL LAVAVEL E TAMBEM NAO ABSORVENTE. COM SISTEMA DE AJUSTE DOS TIRANTES (CORREIAS) EM ELASTICO E FIXACAO COM SISTEMA DE VELCRO.
30	20	KIT	KIT	KIT PARTO, DESCARTÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT DE PARTO DESCARTAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA LACRADO POR PROCESSO DE SELAR A QUENTE. DEVERA CONTER: UM PAR DE LUVAS DESCARTAVEIS ESTERIL, TAMANHO7,5 ou 8,0 ou 8,5; UM AVENTAL PLASTICO OU TNT DESCARTAVEL MANGA LONGA; UM BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL; DOIS CLAMPES DESCARTAVEIS ESTEREIS; UM SACO PLASTICO COM LACRE PARA FECHAMENTO, PARA ACONDICIONAMENTO DA PLACENTA; TRES CAMPOS DESCARTAVEIS DE NÃO TECIDO NAS DIMENSOES DE 50CM X 50CM; UM LENCOL DESCARTAVEL DE NÃO TECIDO; UM IDENTIFICADOR DE PULSO PARA BEBE DO TIPO PULSEIRA; E UM ABSORVENTE HIGIENICO; COMPRESSA GASE 7,5 X 7,5 02 PCTE; 2 ALCOOL SACHE; 1 COBERTOR ALUMINIZADO DE 60 CM X 180 CM
31	2000	UN	UN	LENCOL DESCARTAVEL PARA COLCHONETE DE MACA, MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COR: BRANCO, TAMANHO(S): 200 cm x 90 cm, GRAMATURA 50, COM ELÁSTICO EM SUAS LATERAIS PARA FACILITAR A FIXAÇÃO AO COLCHONETE

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 7 de 16

32	2	PEÇA	Caixa	<p>FLUXÔMETRO</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: PARA OXIGÊNIO</p> <p>MATERIAL: METAL CROMADO</p> <p>BILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRÁVEL, ESCALA EXPANDIDA DE 0 - 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA.</p> <p>UNIDADE: PEÇA</p> <p>EMBALAGEM: CAIXA</p>
33	20	PACOTE	PACOTE C/ 10 UN	<p>FRONHA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: TNT - TECIDO NÃO TECIDO (100 % POLIPROPILENO), GRAMATURA: 20 g/m², TAMANHO(S): 50 cm x 70 cm, GARANTIA: 03 MESES, EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES</p>
34	60	UNIDADE	INDIVIDUAL	<p>MÁSCARA, TIPO: NÃO REINALÁVEL</p> <p>, TAMANHO: ADULTO;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Máscara simples, com reservatório de alta concentração de oxigênio, com reservatório, duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio medicamentoso com o ar ambiente. Fluxo de 10 - 15 l/min, chegando a até 95% de FIO2, aumentando a concentração inalada pelo paciente.</p> <p>Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração (tamanho Adulto), Tubo de Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório. Material transparente, flexível, atóxica e com elástico para ajuste facial. REGISTRO NO MS E ANVISA.</p>
35	10	UNIDADE	INDIVIDUAL	<p>MÁSCARA, TIPO: NÃO REINALÁVEL, TAMANHO(S): INFANTIL;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Máscara simples, com reservatório de alta concentração de oxigênio, com reservatório, duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio medicamentoso com o ar ambiente. Fluxo de 10 - 15 l/min, chegando a até 95% de FIO2, aumentando a concentração inalada pelo paciente.</p> <p>Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração (tamanho Pediátrico), Tubo de Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório. Material transparente, flexível, atóxica e com elástico para ajuste facial. REGISTRO NO MS E ANVISA</p>
36	50	UNIDADE	Caixa com 100 un	<p>LUVA, TIPO: DESCARTÁVEL, MODELO: HIPOALERGÊNICA, MATERIAL: NITRIFICO, TAMANHO(S): P, M, G, NÃO ESTÉRIL, SEM AMIDO, LIVRE DE LATEX</p>
37	300	UN	UN	<p>COBERTOR DESCARTAVEL.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM MANTA DE POLIESTER METALIZADO DE 23 MICROS. COM DIMENSOES DE 2 m X 1 m. CADA UNIDADE DEVERA VIR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA NAS MEDIDAS MAXIMAS DE 160 mm X 100 mm.</p>
38	300	CAIXA	CAIXA COM 50 UNID	<p>MÁSCARA , TIPO: CIRÚRGICA, MODELO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO, COM CLIP NASAL E ELÁSTICO;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>Máscara Cirurgica Descartavel; Em Nao Tecido,a Base de Fibras de Rayon e Outras Associacoes,c/gramatura de 30g/m2,c/elastico; Com Clip Nasal e Pregas Horizontais; Tres Camadas,c/acabamento Em Solda Eletronica; Hipoalergicas; Sendo Aintermediaria C/filtro Que Garanta Ventilacao Adequada; Embalagem Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Unidade: Caixa com 50 unidades</p>
39	3	PACOTE	PCTE. COM 100	<p>COLETOR DE URINA, SACO - USADO PARA COLETA DE URINA, ADULTO, CAPACIDADE DE 2000 ML (CORDÃO EM ESCALA), POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES</p>
40	4	PEÇA	PLÁSTICA	<p>REANIMADOR PULMONAR</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: AMBÚ ADULTO</p> <p>MODELO: MANUAL</p> <p>MATERIAL: SILICONE E POLICARBONATO</p> <p>CAPACIDADE: 2,5 LITROS</p> <p>COMPOSTO DE: MÁSCARA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, CORPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CRISTAL, COXIM E CONEXÃO DE PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA ANTI-REINALAÇÃO, DIAFRAGMA DO TIPO BICO DE PATO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE ENTRADA DE AR AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO</p> <p>UNIDADE: PEÇA</p> <p>EMBALAGEM: PLÁSTICA</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 8 de 16

41	3	PEÇA	PLÁSTICA	<p>REANIMADOR PULMONAR</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: AMBÚ INFANTIL MODELO: MANUAL MATERIAL: SILICONE CAPACIDADE: 250 ML AUTOCLAVÁVEL BOLSA AUTO INFLÁVEL VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, MÁSCARA COM BORDAS ARREDONDADAS. UNIDADE: PEÇA EMBALAGEM: PLÁSTICA</p>
42	3	PEÇA	PLÁSTICA	<p>REANIMADOR PULMONAR</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: AMBÚ NEONATAL MODELO: MANUAL MATERIAL: SILICONE CAPACIDADE: 500 ML PARA USO NEONATAL, COM BOLSA AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE SEGURANÇA TIPO POP - OFF, SAÍDA PARA MANÔMETRO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, QUE PERMITA A ESTERILIZAÇÃO DE TODO O MATERIAL. UNIDADE: PEÇA EMBALAGEM: PLÁSTICA</p>
43	3000	Unidade	Unidade	SACO, TIPO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: PARA RESÍDUOS HOSPITALARES, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 30 LITROS, COR: BRANCO LEITOSO, COM SERIGRAFIA EM VERMELHO "MATERIAL INFECTANTE", COM SISTEMA DE LACRE SEPARADO (TIPO ARAME ENCAPADO)
44	1000	Unidade	Unidade	SACO, TIPO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: PARA RESÍDUOS HOSPITALARES, CAPACIDADE: 100 LITROS, MATERIAL: POLIETILENO, COR: BRANCO LEITOSO, COM SERIGRAFIA EM VERMELHO "MATERIAL INFECTANTE", COM SISTEMA DE LACRE SEPARADO (TIPO ARAME ENCAPADO)
45	3000	Frasco	Caixa	SORO, TIPO: FISIOLÓGICO, CAPACIDADE: 100 ml, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, SISTEMA ABERTO COM TAMPAS E SEM CONSERVANTES, USO ADULTO E PEDIÁTRICO
46	200	Frasco	Caixa	SORO, TIPO: FISIOLÓGICO, CAPACIDADE: 500 ml, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, SISTEMA ABERTO COM TAMPAS E SEM CONSERVANTES, USO ADULTO E PEDIÁTRICO
47	20	Unidade	Unidade	<p>TALA, TIPO: MOLDÁVEL, TAMANHO: 9 x 63 cm, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO E EVA;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>TALA MOLDÁVEL 9 X 63CM;</p> <p>Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior;</p> <p>Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e reutilizável.</p>
48	20	Unidade	Unidade	<p>TALA, TIPO: MOLDAVEL, TAMANHO: 8 x 30 cm, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO E EVA;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>TALA MOLDÁVEL 8 X30CM;</p> <p>Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior;</p> <p>Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e reutilizável.</p>
49	20	Unidade	Unidade	<p>TALA, TIPO: MOLDÁVEL, TAMANHO: 12 x 120 cm, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO E EVA;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>TALA MOLDÁVEL 12 X 120CM;</p> <p>Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior;</p> <p>Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e reutilizável.</p>
50	20	Unidade	Unidade	<p>TALA, TIPO: MOLDAVEL, TAMANHO: 8 x 53 cm, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO E EVA;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>TALA MOLDÁVEL 8 X 53CM;</p> <p>Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior;</p> <p>Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e reutilizável.</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 9 de 16

51	20	Unidade	Unidade	TESOURA, TIPO: PONTA ROMBA, MODELO: COM LÂMINA SERRILHADA E PONTA ARREDONDADA (ROMBA), QUE PERMITA O CORTE DAS VESTES DAS VÍTIMAS SEM O RISCO DE LESIONÁ-LAS, MATERIAL: TESOURA EM MATERIAL METÁLICO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO; AMBOS RESISTENTES A EXPOSIÇÃO EM AUTOCLAVE
52	10	Unidade	Unidade	CINTO, TIPO: ARANHA, MODELO: DE FIXAÇÃO, MATERIAL: POLIAMIDA, TAMANHO: 1,22 m, PESO: 350 g; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cinto de fixação tipo "aranha", para pranchas rígidas, para imobilizar bebês, adolescentes ou adultos; Confeccionado em fitas coloridas, de poliamida e fixadas com velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha e azul; Comprimento: 1,22 m; Peso: 350 g; Permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas.
53	5	UN	UN	COLETE DE IMOBILIZACAO DORSAL COLETE DE IMOBILIZACAO DORSO LOMBAR DESTINADO A MANOBRAS DE REMOCAO DE VITIMAS DE TRAUMA QUE PRECISAM SER IMOBILIZADAS EM POSICAO SENTADA. DEVERA SER CONFECCIONADO EM NYLON LAVAVEL E IMPERMEAVEL COM ACABAMENTO EM VINIL. DEVERA SER ESTRUTURADO INTERNAMENTE COM HASTES RADIOTRASPARENTE DISPOSTA DE FORMA LONGITUDINAL, DE FORMA QUE FORNECAM TOTAL SUSTENTACAO E IMOBILIZACAO DO CORPO DA VITIMA. DEVER POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS TRES TIRANTES DE NO MINIMO 50MM DE LARGURA CADA UM COM ENGATE RAPIDO E EM CORES DIFERENTES PARA FACILITAR A VISUALIZACAO RAPIDA DURANTE A IMOBILIZACAO. DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA LONGA REVESTIDA E DUAS FITAS ELASTICAS PARA FIXACAO ANATOMICA DA CABECA DA VITIMA. NA PARTE INFERIOR DO COLETE DEVER EXISTIR DOIS TIRANTES DE 50 MM DE LARGURA, COM ENGATE RAPIDO, QUE POSSIBILITE A FIXACAO NOS MEMBROS INFERIORES FLEXIONADOS.
54	20	PEÇA	PLÁSTICA	ESTETOSCÓPIO TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA: TIPO: RAPAPORT DUOSONIC MATERIAL: METAL CROMADO E DUTOS EM LÁTEX COM CORTE PRÓPRIO PARA RESGATE, FENDAS LATERAIS QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DE TIRANTES DE NYLON, E INSCRIÇÃO EM SISTEMA SILCADA, CENTRALIZADA, EM TINTA QUE PERMITA A RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DAS PALAVRAS "BOMBEIRO MILITAR" NO FORMATO DE MEIA LUA E "BLUMENAU-SC" RETO ABAIXO DA DESCRIÇÃO BOMBEIRO MILITAR. UNIDADE: PEÇA EMBALAGEM: PLÁSTICA
55	6	UNIDADE	FRASCO C/ 250 ML	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ml E TAMPAS COM ROSCA, COM MARCADOR DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Umidificador; de Oxigenio; Frasco Plastico de 250 Ml; Com Marcacao de Nivel Maximo e Minimo; Composto de Tampa Plastica, Resistente, Com Rosca, Adaptavel a Saída de Fluxometro de Oxigenio; Em Pvc; Acondicionado Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;
56	20	PEÇA	Caixa	MÁSCARA FACIAL TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA: TIPO: PARA OXIGENOTERAPIA MATERIAL: SILICONE FIXA COM ALÇA DE ELÁSTICO, COM MANGUEIRA UNIDADE: PEÇA EMBALAGEM: CAIXA
57	30	UN	UN	OLIVA, TIPO: PARA ESTETOSCÓPIO, MATERIAL: SILICONE, TRANSPARENTE
58	20	Unidade	Unidade	TALA, TIPO: MOLDÁVEL, TAMANHO: 10 x 86 cm, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO E EVA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TALA MOLDÁVEL 10 X 86CM; Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior; Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e reutilizável.
59	4	UNIDADE	UNIDADE	VÁLVULA, REGULADORA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAÍDAS
60	20	UNIDADE	Caixa	ELETRODO LIFE PAK 1000 USO INFANTIL - (PAR DE PÁS AUTO ADESIVAS DESCARTÁVEIS, COM REDUTOR DE VOLTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTE PEDIÁTRICO, EM FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MEDTRÔNICO LIFEPAK 1000. EM CASO DE PÁS AUTO ADESIVAS DESCARTÁVEIS COMPATÍVEIS, APRESENTAR LAUDO DE COMPATIBILIDADE EMITIDO PELO FABRICANTE DO DESFIBRILADOR

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 10 de 16

61	40	UNIDADE	UNIDADE	ELETRODO LIFE PAK 1000 USO ADULTO - (PAR DE PÁS AUTO ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTE ADULTO, EM FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MEDTRÔNIC LIFEPAK 1000. EM CASO DE PÁS AUTO ADESIVAS DESCARTÁVEIS COMPATÍVEIS, APRESENTAR LAUDO DE COMPATIBILIDADE EMITIDO PELO FABRICANTE DO DESFIBRILADOR
62	15	UNIDADE	UNIDADE	OXIMETRO, TIPO: DE DEDO, TAMANHO: 6,2 cm x 3,2 cm x 3,3 cm; DESCRIÇÃO TÉCNICA: Oxímetro de dedo - Mede batimentos e oxigenação - Para atletas, pacientes, profissionais de saúde etc - Nas cores Azul / Cinza / Verde / Roxo / Rosa Especificações - LED Colorido: Sim (2 cores) - Orientação do LED: Ajustável (4 posições) - Alimentação: 2 pilhas AAA (não incluso) - Economia de energia: Sim (desligamento automático na ausência de sinal) - Faixa SPO2: 70 a 99% - Faixa BPM: 30 a 240 bpm - Precisão SPO2: +- 2% - Precisão BPM: +- 1bpm - Cores disponíveis: Rosa, Cinza, Verde, Roxo e Azul - Dimensões: 6.2 x 3.2 x 3.3 cm Itens Inclusos - 01 Oxímetro digital - 01 Manual em inglês - 01 Cordão
63	10	UNIDADE	UNIDADE	TERMOMETRO, TIPO: DIGITAL, MODELO: AXILAR, MATERIAL: TERMO PLÁSTICO RESISTENTE, COM VISOR LATERAL E BIP SONORO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TERMOMETRO DIGITAL, TERMOMETRO PARA MEDIDA DE TEMPERATURA CORPOREA EM REGIAO AXILAR. CONFECCIONADO EM TERMO PLASTICO RESISTENTE, DEVERA POSSUIR VISOR LATERAL PARA LEITURA DE FORMA DIGITAL DA TEMPERATURA. TEMPERATURA DEVERA SER APRESENTADA EM CELSIUS. BOTA O LIGA-DESLIGA NA LATERAL DO APARELHO, ALOJADO EM POSICAO REBAIXADA DO NIVEL PRINCIPAL DA LAMINA LATERAL DO CORPO DO APARELHO. ABASTECIDO POR PILHAS DO TIPO DISCOIDES. DEVERA EMITIR BIP SONORO INDICANDO SEU ACIONAMENTO E QUANDO A MEDICAO DA TEMPERATURA ESTIVER ENCERRADA.
64	20	UNIDADE	UNIDADE	ALMOTOLIA ESCURA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 120 ml, COR: ÁMBAR, DOTADO DE TAMPA COM ROSCA E BICO PROLONGADO, COM PROTETOR COM FIXAÇÃO E ADAPTAÇÃO PERFEITAS, ATÓXICO, FOTOSSENSÍVEL, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COMPRESSÍVEL
65	20	Unidade	Unidade	LANTERNA PUPILAR, LANTERNA PORTÁTIL PARA USO EM EXAME DIAGNÓSTICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO CILÍNDRICO NA COR CINZA ABERTURA ANTERIOR E POSTERIOR PARA COLOCAÇÃO DE PILHAS; ABASTECIDA COM 2 PILHAS PEQUENAS "AA". ILUMINAÇÃO FORNECIDA À PARTIR DE UMA LÂMPADA PEQUENA DE ALÓGENEO, ALOJADA EM UM CABEÇOTE TAMBÉM NA COR CINZA, EM DIÂMETRO MAIOR QUE O CORPO DA LANTERNA, POSSUINDO NA REGIÃO FRONTAL UM VISOR DE COR CRISTAL EM PLÁSTICO; BOTÃO LIGA-DESLIGA NA COR PRETA, PRÓXIMO A PARTE FRONTO-LATERAL DO CORPO DA LANTERNA
66	20	UNIDADE	UNIDADE	COLAR CERVICAL, MODELO: ADULTO, TAMANHO: G, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COR: BRANCO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPLETAMENTE RADIO TRANSPARENTES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCO OPACO, COM ACABAMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE FITAS COLORIDAS DE VELCRO E ABERTURA NA REGIÃO ANTERIOR CENTRAL, PARA QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO, COMPOSTO AINDA POR SUPORTE FRONTAL PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO MENTONIANA

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 11 de 16

67	6	UNIDADE	Caixa	<p>ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO: ANERÓIDE, MODELO: QUE POSSA ACOPLAR NO MÍNIMO 3 TAMANHOS DE BRAÇADEIRA, INFANTIL, ADULTO E OBESO;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, MANÔMETRO COM GIRO DE 360 GRAUS, PROTEGIDO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA, LIVRE DE LÁTEX, APROVADO PELO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS, COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. O MANÔMETRO DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE MEDIÇÃO COMPREENDIDA ENTRE 6 E 304 UNIDADES mmHg, DIVIDIDA A CADA 02 UNIDADES, MARGEM DE ERRO MÁXIMA DE 3 UNIDADES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRA COM SUPORTE A, NO MÍNIMO, 05 TAMANHOS DISTINTOS. A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER CONFECIONADA EM NYLON, DOTADA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BORDAS ANATÔMICAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A NORMA AAMI (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) EM RELAÇÃO A RESISTÊNCIA A IMPACTOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 03 TAMANHOS DE BRAÇADEIRA, SENDO 01 MODELO INFANTIL, 01 MODELO ADULTO, E 01 MODELO GRANDE PARA VÍTIMAS COM SOBREPESO. DEVERÃO SER APRESENTADAS A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL E TERMO DE GARANTIA.</p>
68	5	UNIDADE	Caixa	<p>OXÍMETRO, TIPO: DE PULSO, GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- OXÍMETRO, TIPO "DE PULSO"; CONTENDO DISPLAY COLORIDO QUE OFEREÇA LEITURA DE SpO2 (INTERVALO PERCENTUAL 0-100), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE UMA UNIDADE PERCENTUAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA (DE 30 A 250 UNIDADES POR MINUTO), FORÇA DE PULSO CARDÍACO, CURVA PLETISMOGRÁFICA, TABELA DE TENDÊNCIA, ROTAÇÃO DE TELA, ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS. PESO TOTAL NÃO SUPERIOR A 300 GRAMAS. DOTADO DE CAPA PROTETORA, CARREGADOR E BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5H/USO. DISPOSITIVO COM ENTRADA USB, PARA LEITURA E COLETA DE DADOS. EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE SENSOR ADULTO E SENSOR PEDIÁTRICO, COMPATÍVEL COM NELLCOR. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANOS, A SER COMPROVADO POR MEIO DOCUMENTAL.</p>
69	6	UNIDADE	UNIDADE	<p>CILINDRO DE OXIGÊNIO, TIPO: MEDICINAL, MODELO: PORTÁTIL, CAPACIDADE: NOMINAL DE 03 LITROS;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL;</p> <p>- TIPO PORTÁTIL;</p> <p>- CONFECIONADO E ALUMÍNIO;</p> <p>- CAPACIDADE NOMINAL DE 3 LITROS, EFETIVA MÍNIMA DE 2,8 LITROS;</p> <p>- PRESSÃO DE SERVIÇO DE 139 BAR;</p> <p>- ROSCA DE ENTRADA DE DIMENSÕES ¾ POLEGADAS;</p> <p>- MODELO 16UNF-2B. PESO DO RECIPIENTE NÃO SUPERIOR A 2,5 QUILOS;</p> <p>- ALTURA NÃO SUPERIOR A 55 CENTÍMETROS;</p> <p>- DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DOT-3AL E TC-3ALM.</p>
70	10	UNIDADE	UNIDADE	<p>MÁSCARA, TIPO: PARA PROCEDIMENTO DE RCP, MODELO: ADULTO, MATERIAL: PVC ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- MÁSCARA PARA PROCEDIMENTO DE RCP;</p> <p>- MODELO ADULTO;</p> <p>- CONFECIONADA EM PVC ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX;</p> <p>- FIXAÇÃO BOCAMÁSCARA QUE PERMITA AUXÍLIO RESPIRATÓRIO E VENTILAÇÃO;</p> <p>- REUTILIZÁVEL; MATERIAL TRANSPARENTE, DOTADO DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL REMOVÍVEL, SISTEMA DE AMORTECIMENTO E VEDAÇÃO MÁSCARA-FACE;</p> <p>- DOTADO DE VÁLVULA DESCARTÁVEL, COM FILTRO;</p> <p>- DOTADA DE ELÁSTICO DE FIXAÇÃO. PRESENÇA DE CONECTOR DE DIÂMETRO 15 MM, QUE PERMITA USO CONCOMITANTE DE OXIGÊNIO.</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 12 de 16

71	10	UNIDADE	UNIDADE	<p>MÁSCARA, TIPO: PARA PROCEDIMENTO DE RCP, MODELO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE E LIVRE DE LÁTEX;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>MÁSCARA PARA PROCEDIMENTO DE RCP,</p> <ul style="list-style-type: none">- MODELO PEDIÁTRICO;- CONFECCIONADA EM SILICONE E LIVRE DE LÁTEX;- FIXAÇÃO BOCAMÁSCARA EM MODELO ANATÔMICO-CIRCULAR, QUE PERMITA AUXÍLIO RESPIRATÓRIO E VENTILAÇÃO;- REUTILIZÁVEL;- MATERIAL TRANSPARENTE, DOTADO DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL REMOVÍVEL, SISTEMA DE AMORTECIMENTO E VEDAÇÃO MÁSCARA-FACE;- DOTADO DE VÁLVULA DESCARTÁVEL, COM FILTRO;- DOTADA DE ELÁSTICO DE FIXAÇÃO;- PRESENÇA DE CONECTOR QUE PERMITA USO CONCOMITANTE DE OXIGÊNIO;- RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 4,3 cmH2O E INSPIRATÓRIA DE 3,3 cmH2O.
72	20	UN	UN	<p>BOLSA TRAUMA,</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>BOLSA CONFECCIONADA EM CORDURA NA COR VERMELHA, COM SIMBOLO DA CRUZ DA VIDA BORDADO NA FACE SUPERIOR COM DIMENSOES GERAIS DE 10CMX10CM, E FITAS REFLETIVAS NAS FACES LATERAIS EXTERNAS. COM ABERTURA TOTAL, NA FACE SUPERIOR, TENDO SEU CENTRO INTERNO COMPARTIMENTADO, PERMITINDO ASSIM O ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS. CERCADA PELOS LADOS EXTERNOS DE BOLSOS FECHADOS COM ZIPER, COMPARTIMENTADOS, QUE PERMITAM TAMBEM O ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS. TODOS OS FECHOS DO TIPO ZIPER CONFECCIONADOS EM METAL E DE ESTRUTURA ROBUSTA</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 13 de 16

73	40	UNIDADE	Caixa	<p>COLETE</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: DE SOCORRISTA MATERIAL: TECIDO CORDURA 500 COR: AMARELO FLUORESCENTE TAMANHO: UNICO (COM 70 CM DE ALTURA, 54 CM DE LARGURA NA EXTREMIDADE INFERIOR, 50 CM DE LARGURA NA ALTURA DO TÓRAX E 17 CM NOS OMBROS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>A. PARTE FRONTAL DO COLETE UNIDA À PARTE POSTERIOR NA ALTURA DOS OMBROS; B. PARTE FRONTAL BIPARTIDA (CORTE VERTICAL), SENDO A UNIÃO DAS DUAS PARTES REALIZADA POR MEIO DE ZÍPER; C. NAS LATERAIS, A PARTE FRONTAL DO COLETE UNE-SE A PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) TIRAS DE NYLON, REGULÁVEIS; V - ZÍPER: COR PRETA, TIPO PLÁSTICO GROSSO (TRATORADO), COM CADARÇO 100% POLIÉSTER, DENTES 100% POLIACETAL, CURSOR REVERSÍVEL EM METAL, TAMBÉM NA COR PRETA, COM TRAVA AUTOMÁTICA; VI - TIRAS DE NYLON: A. COR: PRETA; B. POSICIONAMENTO: FIXADAS NA FACE INTERNA DO COLETE, UMA LOGO ABAIXO DA CAVA DO BRAÇO, UMA NA EXTREMIDADE INFERIOR DO COLETE E UMA AO CENTRO DO MESMO, EM POSIÇÃO EQUIDISTANTE ÀS DEMAIS; C. REGULAGEM: PARA VIABILIZAR A REGULAGEM DO TAMANHO DO COLETE, AS TIRAS DE NYLON DEVEM POSSUIR 15 CM DE COMPRIMENTO NAS LATERAIS, DE AMBOS OS LADOS, E DISPÕEM DE FIVELAS DE NYLON. VII - BOLSOS FRONTAIS: A. 02 (DOIS) BOLSOS NA PORÇÃO INFERIOR DO COLETE, UM DE CADA LADO (CENTRALIZADOS), MEDINDO 30X23X3CM, SUBDIVIDIDOS EM DOIS COMPARTIMENTOS, UM ANTERIOR, COM UMA ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER (ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO INCISO V), E UM POSTERIOR, COM ABERTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE GANCHOS E ARGOLAS (VELCRO); B. 01 (UM) BOLSO NA PORÇÃO SUPERIOR ESQUERDA DO COLETE, MEDINDO 14,5X14,5CM, ABERTO NA PARTE SUPERIOR; EM CADA UM DE SEUS LADOS DEVERÁ POSSUIR UM COMPARTIMENTO COM 2,5CM DE LARGURA PARA O ACONDICIONAMENTO DE CANETA OU LANTERNA PUPILAR; SOBRE O BOLSO DEVERÁ SER FIXADA A LOGOMARCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 10X10CM; C. 01 (UM) BOLSO NA PORÇÃO SUPERIOR DIREITA DO COLETE, MEDINDO 14,5X14,5CM, ABERTO NA PARTE SUPERIOR; EM CADA UM DE SEUS LADOS DEVERÁ POSSUIR UM COMPARTIMENTO COM 2,5CM DE LARGURA PARA O ACONDICIONAMENTO DE CANETA OU LANTERNA PUPILAR; SOBRE O BOLSO DEVERÁ SER FIXADA UMA "CRUZ DA VIDA", SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 10X10CM; VIII - FAIXAS RETRORREFLEXIVAS MICRO-PRISMA, CRISTAL COM FUNDO BRANCO ISOLADO, SOLDADO ELETRONICAMENTE: A. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO COLETE, FIXADAS LOGO ACIMA DOS BOLSOS SUPERIORES, MEDINDO 14,5X7CM; B. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NA PARTE FRONTAL INFERIOR DO COLETE, FIXADAS SOBRE OS BOLSOS INFERIORES, MEDINDO 18X7CM; C. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NAS COSTAS DO COLETE, UMA FIXADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR E OUTRA FIXADA EM SUA PORÇÃO INFERIOR, AMBAS MEDINDO 28X7CM; IX - IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: NAS COSTAS DO COLETE, ACIMA DA FAIXA RETRORREFLEXIVAS DE SUA PORÇÃO SUPERIOR, DEVERÁ SER FIXADO, EM ADESIVO REFLETIVO NA COR PRATA, CENTRALIZADO, O NOME "BOMBEIRO MILITAR", EM LETRA TIPO "ARIAL BLACK", NEGRITO E MAIÚSCULA, COM 5CM DE ALTURA, SENDO UMA PALAVRA EM CADA LINHA, COM INTERVALO DE 1CM; E X - IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE APH: TAMBÉM NAS COSTAS DO COLETE, ENTRE AS FAIXAS REFLETIVAS, DEVERÁ SER FIXADA UMA "CRUZ DA VIDA", SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 17X17CM. UNIDADE: UNIDADE EMBALAGEM: CAIXA</p>
----	----	---------	-------	---

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 14 de 16

74	50	LITRO	UNIDADE	<p>DETERGENTE, MULTIENZIMÁTICO, C/ NO MÍN. 4 ENZIMAS, COMPOSIÇÃO: AMILASE, PROTEASE, CARBOIDRASE E LIPASE;</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (AMILASE, PROTEASE, CARBOIDRASE E LIPASE), CONTENDO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, NÃO ESPUMANTE E NÃO DEIXA RESÍDUOS, NEM ODOR; - QUE DEGRADA OS CONTAMINANTES DE FORMA RÁPIDA, POR CONTATO, EM ATÉ 5 MINUTOS; - PARA SER USADO EM ÁGUA AMBIENTE OU AQUECIDA; - QUE SEJA POSSÍVEL USAR EM LAVAGEM MANUAL OU AUTOMATIZADA; <p>APRESENTAR A PROPOSTA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAUDO DE NÃO IRRITABILIDADE DÉRMICA, OCULAR E CORROSIVIDADE NA SUA FORMA PURA; - LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS PERTENCENTES A REDE REBLAS; - REGISTRO NA ANVISA; - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO LAUDO DE CORROSIVIDADE: O PRODUTO SERÁ CONSIDERADO NÃO CORROSIVO QUANDO A TAXA DE CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL EXPRESSA EM MM/ANO, NA CONDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO "TOTALMENTE IMERSO" NO PRODUTO TESTADO, FOR MENOR OU IGUAL A TAXA DE CORROSÃO ENCONTRADA NA CONDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO "LIVRE DE CONTATO"; - APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO DE POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE 1 OU 2 LITROS, COM SELO METÁLICO DE INVOLABILIDADE E RÓTULO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA; - O LITRO DO PRODUTO DEVERÁ SER CAPAZ DE PRODUZIR EM DILUIÇÃO, PARA FINS DE LIMPEZA MANUAL, O MÍNIMO DE 500L DE SOLUÇÃO, CONSIDERANDO USO DE 2ML/L, DEVENDO O FORNECEDOR APRESENTAR LAUDO COMPROBATÓRIO; - APRESENTAR CÓPIA DO ROTULO DO PRODUTO LEGÍVEL; - VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; - LAUDO DE CORROSIVIDADE EMBASADO NO ART. 8º DA RDC 55; - LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR SE BASEIA NA NR 32 - PROTEÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE MANIPULAM QUÍMICOS EM SEU DIA A DIA; - LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE CONDIZ COM AS MELHORES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E NÃO DANIFICAÇÃO DOS MEIOS AQUÁTICOS ONDE POR FIM O PRODUTO SERIA DESPEJADO; <p>EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E IDENTIFICAÇÃO, COMO LOTE, REGISTRO ANVISA.</p>
75	50	KIT	KIT	<p>KIT QUEIMADURA (EXCLUSIVO CORPO DE BOMBEIROS);</p> <p>Contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertor Térmico Aluminizado 2,10m x 1,40m; Atadura de Rayon 7,5cm x 5m; Gaze 7,6 cm X 7,6 cm; Soro fisiológico 250 ml; Protetor de queimaduras e evisceração; Um par de luvas descartável estéril tamanho 7,5 Um par de luvas descartável estéril tamanho 8,5

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 15 de 16

76	3	UNIDADE	Bolsa	<p>TALA</p> <p>TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA:</p> <p>TIPO: DE TRAÇÃO DE FÊMUR</p> <p>MATERIAL: ALUMÍNIO TUBULAR E AÇO INOX</p> <p>TAMANHO:</p> <p>- FECHADA: 900 MM</p> <p>- ABERTA: 1350 MM</p> <p>LARGURA: 200 MM</p> <p>INSTRUMENTO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE VÍTIMAS COM SUSPEITA DE FRATURAS DE OSSOS LONGOS DAS EXTREMIDADES INFERIORES. POSSUI SISTEMA AJUSTÁVEL E REGULÁVEL DA TALA DE FORMA QUE PERMITA AJUSTÁ-LA AO TAMANHO DA PERNA DA VÍTIMA. POSSUI SISTEMA DE CATRACA REGULÁVEL PARA A TRAÇÃO DO FÊMUR. POSSUI ABRAÇADEIRA EM TECIDO NÃO ABSORVENTE A SANGUE. POSSUI ALMOFADA ISQUIAL DE BAIXO PERFIL, QUE PERMITE O USO COM A MÍNIMA MOVIMENTAÇÃO DA PERNA DO PACIENTE.</p> <p>POSSUI MANGAS SERRILHADAS QUE PERMITEM AJUSTES DO COMPRIMENTO E CINTAS DE APOIO ELÁSTICAS COM AMPLA LARGURA, PARA QUE MANTENHAM A PERNA DO PACIENTE DENTRO DA ESTRUTURA DA TALA PROPORCIONANDO CONFORTO PARA QUANDO FOR EXECUTADA A TRAÇÃO MECÂNICA EM ALINHAMENTO.</p> <p>UNIDADE: UNIDADE</p> <p>EMBALAGEM: UNIDADE</p> <p>EMBALAGEM: BOLSA DE NYLON PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO</p>
77	24	UNIDADE	UNIDADE	<p>TORNIQUETE, MODELO: AJUSTÁVEL, MATERIAL: FITA DE NYLON, COR: PRETO;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- PARA USO EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DEVE POSSUIR HASTE DE POLÍMERO COM FIXAÇÃO DE VELCRO, TRAVAMENTO DUPLO E CAMPO PARA INSERÇÃO DE HORA.</p>
78	6	UNIDADE	UNIDADE	<p>CINTO, TIPO: PÉLVICO, MODELO: CIRCUNFERENCIAL;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- CINTO PÉLVICO PARA USO EM FRATURAS PÉLVICAS, MODELO CIRCUNFERENCIAL, DOTADO DE DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO DE FORÇA CONTROLADA, COMPOSTO POR CORREIA DE TRAÇÃO E FIVELA. CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE A SOLUÇÕES SAPONÁCEAS E ANTIMICROBIANAS. MODELO ANATÔMICO., PERMITINDO INTERVENÇÕES RADIOLÓGICAS, FIXAÇÃO EXTERNA E CATETERIZAÇÃO URINÁRIA. PRESENÇA DE VELCRO NA CINTA DE FIXAÇÃO. EQUIPAMENTO NÃO DESCARTÁVEL (LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL). TAMANHO NORMAL, ADMITINDO TAMANHO DE PÉLVICO VARIÁVEL ENTRE 90 E 130 CM DE CIRCUNFERÊNCIA.</p>
79	500	UNIDADE	UNIDADE	<p>MANGOTE, MODELO: PARA MEMBROS SUPERIORES (ANTEBRAÇOS), MATERIAL: RESINA DE POLIETILENO;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>- MANGOTE PARA MEMBROS SUPERIORES (ANTEBRAÇOS), CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIETILENO, DESCARTÁVEL. COMPRIMENTO DE 50 CM, DOTADO DE ELÁSTICOS PARA AJUSTE DE EXTREMIDADES. COR: AZUL.</p>
80	12000	UNIDADE	UNIDADE	<p>ATADURA, MATERIAL: CREPOM, COMPOSIÇÃO: MÁXIMO DE 70% ALGODÃO, 30% DE MATERIAS SINTÉTICOS QUE CONFIRAM ELASTICIDADE AO PRODUTO, MÍNIMO DE 8% EM ELASTANO, DENSIDADE: 13 FIOS/ cm², DIMENSÕES: 10 cm x 1,80 m, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO, CONFORME ABNT - NBR 14056 E PORTARIA 106/2003 - INMETRO</p>
81	10000	UNIDADE	UNIDADE	<p>ATADURA, MATERIAL: CREPOM, COMPOSIÇÃO: MÁXIMO DE 70% ALGODÃO, 30% DE MATERIAS SINTÉTICOS QUE CONFIRAM ELASTICIDADE AO PRODUTO, MÍNIMO DE 8% EM ELASTANO, DENSIDADE: 13 FIOS/ cm², DIMENSÕES: 15 cm x 1,80 m, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO, CONFORME ABNT - NBR 14056 E PORTARIA 106/2003 - INMETRO</p>

Prefeitura Municipal de Blumenau
Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD

ANEXO IV
Pregão Eletrônico N° 53/2020

Página 16 de 16

82	200	UNIDADE	UNIDADE	<p>COLAR, TIPO: CERVICAL, MODELO: REGULÁVEL, ADULTO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO C/ ESPUMA EVA;</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O COLAR DEVE SER AJUSTÁVEL COM OS SEGUINTE ELEMENTOS: COLAR EM PEÇA ÚNICA; - COM MÍNIMO 12 POSIÇÕES PARA AJUSTE DA ALTURA PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 04 AJUSTES PADRÃO PARA ADULTOS; - DUAS FAIXAS DE REGULAGEM COLORIDAS INDICANDO A ESPECIFICAÇÃO DOS TAMANHOS NA PARTE FRONTAL DO COLAR, FIXADAS COM DUAS TRAVAS DE REGULAGEM E DOIS BOTÕES DE SEGURANÇA TAMBÉM NA PARTE FRONTAL DO COLAR; - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO COM ESPUMA TIPO EVA; - DEVE POSSUIR ABERTURA FRONTAL PARA VERIFICAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA E CRICOTIREOSTOMIA E ABERTURA POSTERIOR PARA ACESSO À REGIÃO DA NUCA E DRENAGEM DE FLUÍDOS; DEVE POSSUIR APOIO DE MENTO PRÉMOLDADO E DOBRÁVEL PARA LIBERAR O ACESSO À BOCA DA VÍTIMA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO; - DEVE SER ARMAZENÁVEL EM FORMA PLANA PARA APERFEIÇOAR O ESPAÇO OCUPADO; - SER RADIO TRANSLÚCIDO PARA SER UTILIZADA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM QUE PROMOVA ALTERAÇÃO DAS IMAGENS; - NÃO PODE ABSORVER SECREÇÕES E MANCHAS.
83	3	UNIDADE	UNIDADE	<p>SENSOR, TIPO: DE OXIMETRIA, MODELO: PARA NEONATOS, COMPATÍVEL COM OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UD-100 MD</p> <p>;</p> <p>Especificação técnica:</p> <p>SENSOR FABRICADO COM TECNOLOGIA QUE GARANTA E CONFIABILIDADE NAS MEDIDAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1 METRO, TIPO γ, COM CONEXÃO 9 PINOS (PADRÃO NELLCOR), ACOMPANHADO DE CINTA FLEXÍVEL QUE AUXILIE NA FIXAÇÃO CORRETA DO SENSOR (PÉ OU MÃO DO RECÉM-NASCIDO), COM GARANTIA DE 01 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>
84	700	UNIDADE	INDIVIDUAL	<p>FILTRO, TIPO: BACTERIOLÓGICO E VIRAL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO;</p> <p>Descrição do produto:</p> <p>Bidirecional, protegendo o paciente de um aparelho contaminado e vice-versa, evitando a contaminação cruzada por vírus e bactérias. Material de uso universal à ser utilizado em aparelhos respiratórios, adaptável em qualquer equipamento CPAP/BIPAP, tubo (traquéia ou máscara). O qual filtra o ar proveniente desses aparelhos, além de prevenir a transmissão de vírus presente no ar ambiente, em hospitais e residências, diminuindo o risco de infecções cruzadas. Transparente, que permita monitorar a sua condição, possibilitando a verificação de obstruções.</p> <p>Não conter látex.</p> <p>Material plástico, rígido.</p> <p>Produto descartável, uso individual, não esterilizável.</p> <p>Registro na ANVISA</p>