

Análise de Amostras PE 53/2022

DENTAL BH BRASIL - Cnpj: 31.401.798/0001-07

Item	Descrição	Situação	Marca
2	Abridor de boca infantil	Aprovado	Abritex
3	Adesivo dental fotopolimerizável	Aprovado	3M
4	Agulha gengival descartável curta, 30g, caixa c/ 100 agulhas	Aprovado	DFL
5	Agulha gengival descartável longa, 27g, caixa c/ 100 agulhas	Aprovado	DFL
6	Alavanca apical seldin nº 2	Aprovado	Millennium
8	Alavanca infantil seldin 1l		
13	Amalgama capsula sdi-rende 1 porção - pacote com 50un	Aprovado	SDI
17	Anestésico tópico a 5%, sabor tutti-frutti, pote com 12g	Aprovado	DFL
18	Aplicador microbrush descartável tamanho regular, pacote com 100 un	Aprovado	FGM
19	Aplicadores de hidróxido de cálcio	Aprovado	Golgran
20	Babador descartável impermeável odontológico	Aprovado	Bestcare
22	Bandeja de aço inox asi 304, tamanho 22,5 x 9,2 x 1 cm, sem separação, autoclavável	Aprovado	Stainless Steel Trays
24	Bicarbonato de sódio, pó ultrafino para aparelho de jateamento - frasco com 200g	Aprovado	Asfer
25	Broca cabide cirúrgica cônica de corte cruzado 701	Aprovado	FG
26	Broca cabide cirúrgica cônica de corte cruzado 703	Aprovado	Kavo
27	Broca carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 3	Aprovado	Kavo
28	Broca carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 4	Aprovado	Kavo
29	Broca carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 5	Aprovado	Kavo
30	Broca cirúrgica nº 702 medindo 25mm	Aprovado	FG
31	Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 6	Aprovado	Dentsply
32	Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 8	Aprovado	s/embalagem do fabricante
33	Broca diamantada acabamento fino nº 1111f	Aprovado	Microdont
34	Broca diamantada acabamento fino nº 3118f	Aprovado	Microdont
35	Broca diamantada acabamento fino nº 3168f	Aprovado	Microdont
36	Broca diamantada acabamento fino nº 3195f	Aprovado	Microdont
37	Broca diamantada chama nº 2200	Aprovado	Microdont
38	Broca diamantada chama nº 3118ff	Aprovado	Microdont
39	Broca diamantada cilíndrica nº 1090	Aprovado	Microdont
42	Broca diamantada esférica nº 1012	Aprovado	Microdont
43	Broca diamantada esférica nº 1013	Aprovado	Microdont
44	Broca diamantada esférica nº 1014	Aprovado	Microdont
45	Broca diamantada esférica nº 1016	Aprovado	Microdont
46	Broca diamantada tronco cônica invertida nº 1031	Aprovado	Microdont
47	Broca diamantada tronco cônica invertida nº	Aprovado	Microdont



	1033		
57	Brocas alta rotação 669	Aprovado	Primadental
58	Brocas para contra-ângulo 1	Aprovado	Primadental
59	Brocas para contra-ângulo 1/2	Aprovado	Primadental
60	Brocas para contra-ângulo 1/4	Aprovado	Primadental
61	Brocas para contra-ângulo 2	Aprovado	Primadental
62	Brocas para contra-ângulo 4	Aprovado	Primadental
64	Brocas para contra-ângulo 6	Aprovado	Primadental
65	Brunidor duplo nº 33 Bennett	Aprovado	Primadental
76	Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação	Aprovado	FGM
80	Condensador de Ward nº 2	Aprovado	Golgran
81	Condensador de Ward nº 5	Aprovado	Golgran
82	Condensador de Ward nº 1	Aprovado	Golgran
83	Condensadores de Holleback nº 1	Aprovado	Golgran
84	Condensadores de Holleback nº 3S	Aprovado	Golgran
85	Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m	Aprovado	Makira
86	Cunha de Madeira anatômica sortida - caixa c\ 100 unidades	Aprovado	Iodontosul
88	Cureta de Gracey nº 13 - 14	Aprovado	Golgran
90	Cureta de Mac Call nº 1 - 10	Aprovado	Golgran
91	Cureta de Mac Call nº11 - 12	Aprovado	Golgran
92	Cureta de Mac Call nº13 - 14	Aprovado	Golgran
93	Cureta Gracey 5-6	Aprovado	Golgran
95	Cureta maccall 17-18	Aprovado	Golgran
100	Discos de feltro para polimento de resina	Aprovado	TDV
101	Discos sequenciais Sof-lex (com mandril apropriado) equivalente ou superior a 3M	Aprovado	3M
102	Escavador de dentina duplo aço inox nº 11, autoclavável	Aprovado	Golgran
103	Escavador de dentina duplo aço inox nº 18, autoclavável	Aprovado	
105	Escavador de dentina nº 017	Aprovado	
106	Escavador de dentina nº 05	Aprovado	
107	Escova para limpeza de brocas com cerdas de aço	Aprovado	Iodontosul
108	Escova Robson para contra-ângulo	Aprovado	Microdont
109	Espátula de inserção nº 01	Aprovado	Golgran
110	Espátula Lecron nº 5	Aprovado	
111	Espátula nº 24	Aprovado	
112	Espátula nº 70	Aprovado	
113	Espátula nº 7	Aprovado	
114	Espátula Silicato nº1	Aprovado	
115	Espátulas nº 36	Aprovado	
116	Espelho clínico plano nº 05	Aprovado	Iodontosul
118	Evidenciador de placa em pastilhas.Frasco c\ 120 pastilhas	Aprovado	Biodinâmica
122	Fita banda matriz metálica, Embalagem com Matriz de Aço 0,05x5mmx50cm	Aprovado	Iodontosul
123	Fita banda matriz metálica, Embalagem com Matriz de Aço 0,05x7mmx50cm	Aprovado	Iodontosu
124	Flúor gel neutro, c\ fluoreto de sódio a 2% , sabor menta. Frasco c\ 200ml	Aprovado	Fluorsul

125	Foice raspador morse	Aprovado	Golgran
129	Fórceps Infantil nº 21	Aprovado	Golgran
133	Fórceps nº 18L	Aprovado	Golgran
140	Fórceps nº 18R	Aprovado	Golgran
144	Hidróxido de Cálcio Pa.Frasco c\ 10g	Aprovado	Biodinâmica
145	Iodofórmio. Frasco c\ 10g	Aprovado	Biodinâmica
146	Kit de acabamento de granulação fina e extra fina	Aprovado	Microdont
148	Kit de pontas de borrachas abrasivas para amálgama: marrom, verde e azul	Aprovado	Microdont
152	Mandril para contra-ângulo para rodas e discos	Aprovado	Microdont
154	Obturador Provisório Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores com óxido de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, não contém Eugenol.	Aprovado	Filltemp
157	Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas	Aprovado	Iodontosul
159	Pasta profilática c\ flúor sabor tutti frutti. Bisnaga c\ 90g	Aprovado	Iodontosul
160	Pedra p/ Afiar Goiva 186F Laranja - 100 mm de Comprimento	Reprovado- Dimensão incompatível com o solicitado em edital	Golgran
161	Pedra pomes em pó. Frasco c\ 100g	Aprovado	Pomitec
162	Película radiográfica periapical medindo 31mm x 35mm, velocidade F. Caixa c\ 150 películas	Aprovado	Agfa
163	Pinça Clínica para algodão de aço inox, autoclavável	Aprovado	Golgran
165	Placa de vidro fina	Aprovado	Golgran
167	Ponta diamantada 1151	Aprovado	Microdont
168	Ponta diamantada 3099	Aprovado	Microdont
169	Ponta diamantada 3195	Aprovado	Microdont
170	Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S	Aprovado	Schuster
171	Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S	Aprovado	Schuster
172	Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S	Aprovado	Schuster
173	Pontas Diamantadas: 2135	Aprovado	Microdont
174	Pontas Diamantadas: 2200	Aprovado	Microdont
175	Pontas Diamantadas: 3203	Aprovado	Microdont
176	Pontas Diamantadas: 1014	Aprovado	Microdont
177	Pontas Diamantadas: 1091	Aprovado	Microdont
178	Pontas para acabamento/polimento de resinas compostas	Aprovado	FG
183	Pote porta algodão 8x10 inox	Aprovado	Golgran
184	Pote porta resíduo inox	Aprovado	Golgran
185	Potes dappen	Aprovado	
188	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, U	Aprovado	3M
189	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3	Aprovado	3M
192	Rolo p\ Esterilização em Autoclaves 5cm x 100m	Aprovado	PackGC
195	Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas UNIDADE 150 inorgânicas, liberador de flúor. Bisnaga c\ 2g	Aprovado	Angelus
198	Solução Hemostática a base de cloreto de alumínio s\ epinefrina.Frasco c\ 10m	Aprovado	Biodinâmica

199	Sonda exploradora	Aprovado	
202	Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades	Aprovado	QLB

Conferido e Analisado por:


Daniel dos Santos Fenerich

Coordenador de Saúde Bucal

Capão Bonito, 26 de janeiro de 2023.

Análise de Amostras PE 53/2022

E.C.S TECNOLOGIA - Cnpj: 35.706.397/0001-16

Item	Descrição	Situação	Marca
1	Abridor de boca adulto	ok	
12	Alveolotomo luer curvo	ok	
21	Bandeja de aço inox asi 304, tamanho 22 x 12 x 1,5cm, sem separação, autoclavável	ok	
49	Broca Zecrya 25mm	Aprovado	Dperfect
50	Brocas alta rotação 1	Aprovado	Dperfect
51	Brocas alta rotação 1/2	Aprovado	Dperfect
52	Brocas alta rotação 1/4	Aprovado	Dperfect
53	Brocas alta rotação 2	Aprovado	Dperfect
54	Brocas alta rotação 245	Aprovado	Dperfect
55	Brocas alta rotação 329	Aprovado	Dperfect
56	Brocas alta rotação 330	Aprovado	Dperfect
63	Brocas para contra-ângulo 556	Aprovado	Dperfect
66	Brunidor n°28	ok	
67	Cabo de bisturi n°3	ok	
68	Cabo para espelho bucal clínico aço inox, autoclavável		
77	Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e KIT 100 eugenol, reforçado c\ polímeros. Kit:pó 38h + líquido 15ml + dosador	Aprovado	Interim
94	Cureta gracey 7-8	ok	
96	Descolador de Molt n°9	Aprovado	Cooperflex
121	Fio retrator gengival tamanho fino - embalagem com 250 cm	Aprovado	Retraflex
131	Fórceps n° 101	ok	
149	Lima Kerr 1° série de 25mm—lima manual em aço Inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Aprovado	Perfect
150	Lima para Osso n° 12	ok	
151	Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), Frasco c\ 1L	Aprovado	Asfer
164	Pinça hemostática curva (mosquito)	ok	
180	Porta agulha mayo hegar	ok	
196	Seringa carpule com refluxo	ok	
197	Solução Cariostática. Frasco c\ 10ml	Aprovado	Cariestop
203	Taça de borracha para contra-ângulo	Aprovado	Preven
204	Tesoura Iris Curva 11cm	ok	
205	Tesoura Iris Reta 11cm	ok	
206	Tesoura para ouro	ok	
207	Tira de lixa de aço. Embalagem c\ 12 unidades de 4mm	Aprovado	Diamantec

208	Tira de lixa de aço. Embalagem c\ 12 unidades de 6mm	Aprovado	Diamantec
210	Tira de poliéster de uso odontológico. Pacote c\ 50 unidades	Aprovado	Preven
211	Verniz forrador de cavidades. Frasco c\ 15m	Aprovado	SSwhite

Conferido por:


Daniel dos Santos Fenerich

Coordenador Odontológico

Capão Bonito, 26 de janeiro de 2023.

Análise de Amostras PE 53/2022

PRIMEMED EQUIPAMENTOS - Cnpj:46.218.314/0001-66

Item	Descrição	Situação	Marca
73	Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça pequena	Aprovado	DenteMed
74	Caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão borden 2 furos, c/ refrigeração externa	Aprovado	DenteMed
75	Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO, com as seguintes características: - velocidade de rotação: entre 300.000 e 420.000 rpm; - confeccionada em corpo metálico; - encaixe ou conexão: borden (universal 2 furos); - refrigeração da broca: spray triplo; - autoclavável a 135º; - colocação e retirada das brocas através do sistema push-button; - rolamento cerâmico; - nível de ruído máximo: até 70 decibéis (dB); - baixo consumo de ar; - acompanhada de óleo lubrificante; - o material deve ser produzido e entreg	Aprovado	DenteMed

Conferido e Analisado por:



Daniel dos Santos Fenerich

Coordenador de Saúde Bucal

Capão Bonito, 26 de janeiro de 2023.