



CNPJ: 18.816.867/0001-85

Itajaí, 03 de fevereiro de 2020.

À

Prefeitura de Biguaçu

Ref: Análise do descritivo Técnico em relação aos itens ofertados Ref.: Pregão Eletrônico nº 59/2019-FMS.

**EMPRESA: HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.655.764/0001-34**

ITEM: 01 Aquecedor de fluido; **Marca:** Keewel; **Modelo:** FT 1800; **RMS:** 80040730077.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

**EMPRESA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CNPJ: 11.089.732/0001-16**

ITEM 03: Balança eletronica Pediatrica/Neonatal; **Marca:** Ramuza; **Modelo:** Baby Pesadora.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

ITEM 04: Banho Maria; **Marca:** Global Trade; **Modelo:** GTBMP-12.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

ITEM 13: Oxímetro de Pulso; **Marca:** Mobil Saúde; **Modelo:** PC-66B; **RMS:** 80889469003.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

ITEM 16: Umidificador Aquecido; **Marca:** Trend; **Modelo:** TR717; **RMS:** 81628570001.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

EMPRESA: ALTERMED MAT MED HOSP LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02

ITEM 12: Oftalmoscopio; **Marca:** MD; **Modelo:** Visio 2000; **RMS:** 80070210016.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

EMPRESA: MAKE LINE COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 05.416.754/0001-40

ITEM 06: Bisturi Eletronico; **Marca:** Medcir; **Modelo:** Powercut Led 300; **RMS:** 10232100042.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado atende o Descritivo Técnico.

EMPRESA: ANDREIA LORENZI ME
CNPJ: 17.189.700/0001-79

ITEM 07: Cama PPP; **Marca:** ALFRS; **Modelo:** ALF PPP AC; **RMS:** 81513180002.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado existe **DIVERGÊNCIA** em relação a características exigidas no Descritivo Técnico.

Descritivo técnico exige que possua movimento comandado por atuador hidráulico, posicionado na base do equipamento para movimentos de elevação e atuadores a gás instalados no estrado para movimentos de dorso, trendelenburg e proclive. Não encontrado no modelo ofertado.

EMPRESA: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI
CNPJ: 31.770.650/0001-40

ITEM 02: Aspirador de Secrecões; **Marca:** HR; **Modelo:** HR; não informado Registro no Ministério da saúde.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado existe **DIVERGÊNCIA** em relação a características exigidas no Descritivo Técnico.

Descritivo Técnico exige fluxo de aspiração livre de no mínimo 50L/Min.

No manual do modelo ofertado é de 24L/Min.

ITEM 08: Monitor Fetal Cardiotocógrafo; **Marca:** EDAN; **Modelo:** F3; Registro no Ministério da Saúde não informado.

Da Análise e Conclusão:

Após análise, conclui-se que o modelo ofertado existe **DIVERGÊNCIA** em relação a características exigidas no Descritivo Técnico.

Descritivo Técnico exige que o transdutor de ultrassom tenha no mínimo 12 cristais. No modelo foi encontrado apenas 8 cristais.

CLASSIFICADOS:

EMPRESA: HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 28.655.764/0001-34

ITEM: 01

EMPRESA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP

CNPJ: 11.089.732/0001-16

ITEM: 03

ITEM: 04

ITEM: 13

ITEM: 16

EMPRESA: ALTERMED MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

ITEM: 12

EMPRESA: MAKE LINE COMERCIAL LTDA-EPP

CNPJ: 05.416.754/0001-40

ITEM: 06

DESCLASSIFICADOS

EMPRESA: ANDREIA LORENZI ME

CNPJ: 17.189.700/0001-79

ITEM 7

EMPRESA: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI

CNPJ: 31.770.650/0001-40

ITEM: 02

ITEM: 08

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diego dos passos Iaczak

