



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Planejamento

**TERMO DE REFERÊNCIA e**  
**PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS**

**I. OBJETO**

Análise da viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que irão compor a justificativa do processo Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais e Equipamentos Odontológicos para atender as necessidades do Setor de Odontologia das Unidades de Atenção Básica em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ivinhema/MS, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**II. CONDIÇÕES DE ENTREGA E REQUISITOS DE ACEITABILIDADE**

- a) Os bens deverão ser entregues na sede do órgão conforme descrito no Item VI dentro do horário de expediente, obrigatoriamente em dias úteis, sem custos adicionais de qualquer natureza.
- b) Toda a entrega será conferida. Se a quantidade e/ou a qualidade entregue não corresponder às especificações exigidas neste Termo, à remessa do produto apresentado será devolvida à contratada para substituição, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- c) Os produtos adquiridos que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo Referência e na proposta deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- d) Todos os itens devem estar em embalagens apropriadas, originais e acondicionadas em caixas de papel.
- e) Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.
- f) Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas, correrão exclusivamente por conta da licitante vencedora.

**III - RECEBIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO**

- a) O fornecedor está sujeito à fiscalização do objeto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não aceitar os itens, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias qualidade.
- b) Para todos os itens, considerar que, a unidade, qualidade, validade e registros na ANVISA ou órgãos competentes são pré-requisitos para o recebimento, sendo este avaliado ou fiscalizado através de profissional de Saúde ou equipe técnica habilitada para tal função no ato do recebimento dos materiais hospitalares.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

c) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

d) **As despesas** inerentes a este Termo de Referência **correrão à conta de dotações orçamentárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no bloco da Atenção Básica: 1030105012066**.

e) É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e do Decreto Federal 7892 Art. 7º (...) *A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.*

§ 2º *Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, devendo a mesma ser informada no ato compra. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.*

f) O Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesa.

g) Os **pagamentos** serão efetuados de acordo com a entrega dos materiais, através de conta bancária, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

h) A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Trabalhista e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

#### **IV - PRAZOS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO**

a) O fornecimento dos materiais será parcelado conforme necessidade ou demanda do órgão, sendo a entrega **não superior a 15 (Quinze) dias úteis** após o recebimento da requisição emitida pela (o) Secretária (o) da Pasta e entregue na Secretaria Municipal de Saúde.

b) A entrega dos itens será na sede da Secretaria de Saúde, no horário das 07h00min até as 13h00min, sempre dentro do Município de Ivinhema.

c) A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as especificações técnicas apresentadas neste Termo e a inviolabilidade dos lacres das embalagens.

d) Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Planejamento

**V - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

- a) Para julgamento, será adotado o critério menor preço por item, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais condições definidas, considerar-se-á ao final, Empresa (s) vencedora (s), aquela que atender/ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM e atendimento ao prazo de entrega solicitado no Edital.
- b) Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou, ainda, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- c) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências do Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, em relação ao objeto a ser contratado.
- d) Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.
- e) Para efeito de julgamento e classificação da proposta de preço, a licitante vencedora deverá anexar a sua proposta, PROSPECTO/CATÁLOGO ILUSTRATIVOS DOS ITENS 161 a 199, em português, sendo causa de desclassificação da proposta no item em que não o fizer.

**VI - LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- a) Os itens objetos desta licitação serão utilizados/executados no desenvolvimento e desempenho das atividades e cuidados relacionados à saúde bucal como prevenção e tratamento curativo dos pacientes usuários do SUS que necessitam da rede de saúde deste município.
- b) O Local de entrega dos materiais deverá ser no Almoxarifado anexo a Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Soiti Nakata nº 344, Bairro Guiray, neste Município.
- c) O valor estimado é de R\$ 1.327.888,40 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

**VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- a) Os materiais e equipamentos deverão se adequar às seguintes disposições:
- a.1. Apresentar prazo de validade impresso nas embalagens;



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

- a.2. Possuir boa qualidade, perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70% (setenta por cento) do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo;
- a.3. Serem entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga;
- a.4. Não serão aceitos materiais que não atenderem as especificações da Proposta de Preços;
- b) A contratada se obriga a entregar os produtos rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas Mínimas e marcas cotadas e no local indicado;
- c) Entregar os insumos e materiais de acordo com o discriminado e no endereço citado no item VI “b” em perfeitas condições;
- d) Assumir inteira responsabilidade pela entrega;
- e) Responder por quaisquer danos ocasionados aos materiais, em decorrência de alteração ou no transporte;
- f) Substituir todos os produtos e materiais, que apresentarem qualquer tipo de alteração ou que estiver fora das especificações contidas na proposta de preços no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação;

**VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- a) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente o Contrato;
- b) O pagamento será parcelado de acordo com a retirada e efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada.
- d)** Fiscalizar e conferir o fornecimento, verificando a especificação, quantidade e qualidade dos medicamentos através da Secretária da Pasta ou servidor por ela designado, se as mesmas estão condizentes com a Proposta de Preços vencedora.
- e) Os fiscais da Ata do Registro de Preço e do Contrato oriundos desta solicitação serão os seguintes servidores públicos municipais designados pela Secretaria Municipal de Saúde:
- Antonio Alves Moreira – CPF: 583.311.401-25 e RG: 699673 SSP/MS;
  - Sonia Aparecida Dias Henriques Garção – CPF: 084.772.038-14 e RG: 180.156.299 SSP/MS;
  - Valquíria Emilio Magalhães CPF: 039.975.321-41 e RG: 001.619.648 SSP/MS.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Planejamento

**IX - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- a) A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação serão do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal nº 671/21.
- b) O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para o fornecimento do (s) item (ns) registrado(s), para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- c) O órgão gerenciador, sempre que os órgãos e entidades usuários da Ata de Registro de Preços necessitarem do (s) item (ns) registrado (s) indicarão os classificados e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos, respeitados a ordem de registro e os quantitativos.
- d) Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em Ata.
- e) Aplicam-se aos contratos de fornecimento, as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- f) Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de fornecimento por meio de Registro de Preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes para a anexação ao respectivo processo de registro.

**X - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- a) A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital.
- b) Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação com a empresa, com os preços registrados obedecida à ordem de classificação.
- c) A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas “órgão não-participante ou carona”.
- d) Os órgãos ou entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a(s) informação(ões) do(s) item(ns) e a quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços com as possíveis empresas e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

e) Caberá a empresa beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

f) Caso a empresa beneficiária da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então comunicado ao órgão não participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência de aceitação, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.

g) Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão e o respectivo apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.

h) Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para ser anexado ao processo que originou o Registro de Preços.

i) As contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

i.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

j) A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.

k) A Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS através do órgão gerenciador, não responde pelos atos do órgão carona.

## **XI - CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ADERENTES E CARONAS**

a) Fica claro e comprovado que a Legislação permite a adesão entre todas as esferas seja em uma linha Horizontal ou mesmo Vertical desde que se prime pelo objetivo maior que seria a redução de custos na aquisição, nada mais do que a aplicação do principio da eficiência do administrador público somado ao principio da economicidade. Desta forma desde que o processo de licitação esteja respaldado da legalidade, moralidade, igualdade de participação a todos os licitantes, qualquer que seja o órgão público poderá na forma da legislação vigente aderir (pegar carona) na Ata em plena validade.

b) Qualquer órgão poderá solicitar a adesão a Ata de Registro de Preço realizado por este município, sendo esta adesão também conhecida como “Carona” e para que se possa utilizar essa ferramenta, o órgão interessado deverá encaminhar ofício (termo de adesão) para o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço, contendo a indicação do seu interesse e a quantidade estimada de aquisição.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

c) Por sua vez, o órgão gerenciador verificará na ata se existe quantidade necessária disponível, bem como se já não ultrapassou o limite permitido.

d) Em caso de concordância pelo Órgão Gerenciador, será encaminhada a autorização para o órgão aderente, bem como os dados das empresas e uma cópia da Ata de Registro de Preço com todas as especificações, de acordo com o processo licitatório, a partir desse momento o órgão aderente entrará em contato com os fornecedores e solicitará a Concordância/aceite dos produtos autorizados pelo órgão gerenciador da ata.

e) Caso a empresa beneficiária da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então comunicado ao órgão aderente ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência de aceitação, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.

f) A autorização para um órgão público pegar carona em uma ARP fica vinculada ao aceite da empresa detentora do preço registrado na ata. O fornecedor está vinculado ao órgão gerenciador e aos participantes e não é obrigado a fornecer para os órgãos caronas.

g) Entretanto, uma vez aceito pelo fornecedor todas as regras, produtos, qualidades, marcas, etc deverão ser os mesmos registrados na ata, independente de locais de entrega.

h) Com base nesses apontamentos, os principais requisitos e formalidades para a adesão a futura ata de registro de preços podem ser assim resumidos:

A.1. A ata à qual se pretende aderir deve ter reservado, expressamente o quantitativo para contratações a serem celebradas por órgãos não participantes:

A.2. A contratação por adesão requer anuência do órgão gerenciador da ata;

A.3. O quantitativo máximo a ser contratado por adesão será indicado pelo órgão gerenciador e não poderá ser superior a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

A.4. O procedimento de adesão deve ser precedido de planejamento, no qual o órgão não participante demonstre a adequação dos termos e das especificações da ata para atendimento de sua demanda, bem como a compatibilidade dos preços;

A.5. As contratações decorrentes de adesão a atas de registro de preços devem ser celebradas em até 90 dias da anuência para adesão expedida pelo órgão gerenciador, observado sempre o prazo de vigência da ata.



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Planejamento

**XII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% + CLOREXIDINA 2% - INDICAÇÃO: INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DO CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA, PROPORCIONANDO AUMENTO DE ADEÇÃO E RETENÇÃO DOS SISTEMA ADESIVOS SOBRE A SUPERFÍCIE. EMBALAGEM: PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ml + 3 BICOS APLICADORES.	TB	500
2	ADESIVO DENTINÁRIO - INDICAÇÃO: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM NANOTECNOLOGIA, SUAS CARGAS PROPORCIONAM ÓTIMA ADEÇÃO À DENTINA E AO ESMALTE DOS DENTES EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. PODE SER USADO EM DIFERENTES TÉCNICAS ADESIVAS, COMO RESTAURAÇÕES DAS CLASSES I, II, III, IV E V; REPAROS EM PORCELANA E RESINAS; DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS E CIMENTAÇÃO DE FACETAS E COMO CIMENTO RESINOSO ADESIVO, EM COROAS, PINOS INTRARADICULARES, INLAYS E ONLAYS. CARACTERÍSTICAS: PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO, SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA, ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6G RENDE ATÉ 280 GOTAS = 280 RESTAURAÇÕES, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO, MENOR SENSIBILIDADE TÉCNICA, MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA, FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP": EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADO APENAS COM UMA MÃO DAS MÃOS, EXCELENTE ADEÇÃO À DENTINA E AO ESMALTE. SISTEMA ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTICULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). EMBALAGEM: FRASCOS COM 6G.	FR	250
3	AGULHA ODONTOLÓGICA - INDICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA. CARACTERÍSTICA: CURTA 30g, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
4	AGULHA ODONTOLÓGICA - INDICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA. CARACTERÍSTICA: LONGA 30g, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, COM BISEL TRIFACETADO, CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
5	ALGINATO - TIPO: II. PARA IMPRESSÃO EM ARCADAS DENTÁRIAS TOTAIS OU PARCIAIS DE BOCAS DENTADAS OU DESDENTADAS. EMBALAGEM: PACOTE COM 410g.	PCT	150
6	ALMOTOLIA 500ML BICO CURVO TRANSPARENTE – CARACTERÍSTICA: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	UNID	15
7	AMALGAMA EM CAPSULA - 01 PORÇÃO REGULAR. COMPOSIÇÃO: AG 40%, CU 28,7%, SN 31,3%, REGULAR. EMBALAGEM: POTE C/ 50 CAPS.	POTE	30
8	AMALGAMA EM CAPSULA - 02 PORÇÕES REGULAR. COMPOSIÇÃO: ALLOY 600mg, MERCÚRIO 552mg. EMBALAGEM: POTE C/ 50 CAPS.	POTE	30
9	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA EM SPRAY 10% - INDICAÇÃO: LIDOCAÍNA É INDICADO COMO ANESTÉSICO TÓPICO PARA USO EM MUCOSAS. EMBALAGEM: FRASCO DE 50ML. MARCA DE REFERENCIA: XYLESTESIN SPRAY.	FR	100
10	ANESTÉSICO - TÓPICO GEL - COMPOSIÇÃO: A CADA g DO GEL CONTEM BENZOCAINA 0,2g + EXCIPIENTES Q.S.P 1,0g. EMBALAGEM: FRASCO COM 12g.	FR	150
11	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 – INDICAÇÃO: ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA (36MG/CARPULE), 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA BASE (18µG/CARPULE), ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES.	CX	150



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

12	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA FELIPRESSINA CITANEST 3% - CARACTERÍSTICA: PRILOCAÍNA COM OCTAPRESSIM (FELIPRESSINA). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS INTERMEDIÁRIOS, ONDE NÃO É NECESSÁRIO HEMOSTASIA. TAMBÉM INDICADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS, CARDIOPATAS E PORTADORES DE HIPERTIREOIDISMO CONTROLADO. ANESTESIA PULPAR DE 60 MINUTOS E EM TECIDOS MOLES DE 3 A 5 HORAS. SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 30MG (3%). VASO CONSTRICTOR: OCTAPRESSIN (FELIPRESSINA) 0,03 UI. TUBETES DE PLÁSTICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.	CX	150
13	ANESTÉSICO MIPIVACAÍNA 3% SEM VASO – SAL ANESTESICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 54MG (3%). INDICAÇÃO: ANESTESIA PULPAR DE 20 A 40 MINUTOS E EM TECIDOS MOLES DE 2 A 3 HORAS. SEM VASO CONSTRICTOR. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES.	CX	150
14	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML. INDICAÇÃO: ANESTÉSICO LIDOSTESIM É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.	CX	300
15	BANDA MATRIZ - CARACTERÍSTICA: DE AÇO INOX. PARA AMALGAMA 0,05mm x 5mm. EMBALAGEM: ROLO COM 50cm.	UNID	50
16	BANDA MATRIZ - CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. PARA AMALGAMA 0,07mm x 5mm. EMBALAGEM: ROLO COM 50cm.	UNID	50
17	BICARBONATO DE SÓDIO – INDICAÇÃO: UTILIZAVEL EM QUALQUER APARELHO DE JATEAMENTO PARA PROFILAXIA. GRANULOMETRIA E ALTO GRAU DE PUREZA GARANTINDO UMA EXCELENTE QUALIDADE PARA O USO, EVITANDO-SE A LESÃO DO ESMALTE E GENGIVA. PROPORCIONAR COMPLETA LIMPEZA NOS INTERPROXIMAIS COMPLETA LIMPEZA NA SUB-GENGIVAL (LOCAL AONDE A GENGIVA COBRE O DENTE) NÃO CAUSAR SANGRAMENTO NAS GENGIVAS SADIAS ELIMINAR COMPLETAMENTE MATERIAIS ORGÂNICOS RESIDUAIS. EMBALAGEM: SACHES DE 40g.	UNID	500
18	BORRIFADOR SPRAY 530ML – CARACTERÍSTICA: 01 FRASCO 530ML; 01 VÁLVULA GATILHO BORRIFADO; MATERIAL RESISTENTE.	UNID	40
19	BROCA - 1011 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
20	BROCA - 1012 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
21	BROCA - 1013 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
22	BROCA - 1014 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
23	BROCA - 1015 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
24	BROCA - 1016 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
25	BROCA - 1033 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
26	BROCA - 1035 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
27	BROCA - 1036 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
28	BROCA - 1090 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
29	BROCA - 1091 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
30	BROCA - 1092 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
31	BROCA - 1093 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
32	BROCA - 1094 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
33	BROCA - 1095 DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
34	BROCA - 1111 F DIAMANTADA - ESTÉRIL - FORMATO: CHAMA.	UNID	80
35	BROCA - 1190 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
36	BROCA - 2135 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
37	BROCA - 3081 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
38	BROCA - 3097 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
39	BROCA - 3118 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
40	BROCA - 3168 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
41	BROCA - 3193 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
42	BROCA - 3195 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
43	BROCA - 3203 F DIAMANTADA - ESTÉRIL.	UNID	80
44	BROCA - AÇO DIAMANTADA HASTE LOGA	UNID	80
45	BROCA - CARBAIDE AR Nº 245 - ESTERILIZADA	UNID	80



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

46	BROCA - CARBAIDE MULTILAMINADA FG Nº 7404 F 4ª SÉRIE (P/ POLIMENTO REST. AMALGAMA).	UNID	80
47	BROCA - CIRURGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 701.	UNID	80
48	BROCA - CIRURGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 702.	UNID	80
49	BROCA - DE AÇO BAIXA Nº 02 - BR/CA - 28 MM.	UNID	80
50	BROCA - DE AÇO BAIXA Nº 03 - BR/CA - 28 MM (LONGA).	UNID	80
51	BROCA - DE AÇO BAIXA Nº 04 - BR/CA - 28 MM (LONGA).	UNID	80
52	BROCA - DE AÇO BAIXA Nº 05 - BR/CA - 28 MM.	UNID	80
53	BROCA - DE AÇO BAIXA Nº 06 - BR/CA - 28 MM (LONGA).	UNID	80
54	BROCA - DE AÇO BR/CA Nº 8 - 28 MM (LONGA) - COMUM CONTRA - 1ª SÉRIE.	UNID	80
55	BROCA - DE AÇO CARBAIDE DE ALTA ROTAÇÃO FGº 06 - ESTERILIZADA.	UNID	80
56	BROCA - DE AÇO CARBAIDE FG Nº 02 - ESFÉRICA - ESTERILIZADA.	UNID	80
57	BROCA - DE AÇO CARBAIDE FG Nº 04 - ESTERILIZADA.	UNID	80
58	BROCA - DE AÇO CARBAIDE FGC Nº 702 (LONGA) ESTERELIZADA.	UNID	80
59	BROCA - GATES Nº 01 / 32 MM.	UNID	80
60	BROCA - GATES Nº 02 / 32 MM.	UNID	80
61	BROCA - GATES Nº 03 / 32 MM.	UNID	80
62	BROCA - GATES Nº 04 / 32 MM.	UNID	80
63	CAMURÇA PARA AMÁLGAMA - INDICAÇÃO:RETIRAR EXCESSO DE MERCÚRIO DA LIGA RECEM TRITURADA DE AMALGAMA. CARACTERISTICA: COURO NATURAL, MEDIDA APROXIMADA 14X14cm, ESPESSURA 10mm. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	3
64	CAPEADOR PULPAR – COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (99 A 100,5%) MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR. EMBALAGEM: FRASCO DE 10g.	FR	50
65	CARIOSTÁTICO / CARIESTOPOP 12% - COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA. INDICAÇÃO: USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS. EMBALAGEM: FRASCO COM 10ml.	FR	50
66	CERA PARA USO ODONTOLÓGICO - MATERIAL: PARAFINA. APRESENTAÇÃO: LÂMINA NA COR ROSA. APLICAÇÃO SELAMENTO PERIFÉRICO. TAMANHO: Nº 7. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 18 LAMINAS.	CX	5
67	CIMENTO CIRÚGICO - IRM - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: PÓ ÓXIDO DE ZINCO POLIMELACRILATO DE METILO + LÍQUIDO EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA DURAÇÃO E FORRAMENTO DE CAVIDADES. EMBALAGEM: PÓ 38g + LÍQUIDO 15ml.	KIT	60
68	CIMENTO CIRÚRGICO - PERICEM - NÃO CONTÉM EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO, NÃO CAUSA IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, ALÉM DE PERMITIR UMA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA. É UMA PASTA QUE APRESENTA UMA BOA PLASTICIDADE E SUPERFÍCIE LISA, APOS A PRESA. EMBALAGEM: 1 TUBO COM 90g DE BASE + 1 TUBO COM 90g DE ACELERADOR.	KIT	50
69	CIMENTO COLTOSOL - INDICAÇÃO: PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE). CARACTERÍSTICAS: LIVRE DE EUGENOL, MENOR MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL, FÁCIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS, VASTA APLICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS RESTAURADORES, SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGEM: FRASCO COM 20g.	FR	50



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

70	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR SEALER 26 - COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO PÓ: TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO, RESINA: EPÓXI. INDICAÇÃO CONTÉM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUA COMPOSIÇÃO E FOI DESENVOLVIDO PARA A CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES. É CAPAZ DE OBTURAR PERFEITAMENTE ATÉ OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, GRAÇAS A SUA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE E ÓTIMO TEMPO DE TRABALHO. EMBALAGEM: 1 FRASCO EM PÓ DE 8g + 1 TUBO EM RESINA DE 9g.	KIT	50
71	CIMENTO ODONTOLÓGICO - PULPO-SAN - FORRADOR DE CAVIDADES DOS DENTES - COMPOSIÇÃO: PÓ ÓXIDO DE ZINCO 80,8g%, SULFATO DE BÁRIO 16,16g%, FOSFATO DE CÁLCIO 2,02g%, ACETATO DE ZINCO 1,01g% + LÍQUIDO ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL) 95,00g%, TIMOL 5,00g%. EMBALAGEM: PÓ 50g + LÍQUIDO 20ml.	KIT	50
72	CLORO RIO 2,5% - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DOS MICROORGANISMOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 1 LITRO	LT	100
73	COMPOSIÇÃO DE HIDROXIO DE CÁLCIO RADIOPACO - HIDYCAL - COMPOSIÇÃO: BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, CORANTES MINERAIS. CATALIZADOR: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE ZINCO, ETILTOLUENO SULFONAMIDA, CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM: 01 TUBO PASTA BASE + 01 TUBO PASTA CATALIZADORA + 01 BLOCO DE MISTURAR.	KIT	50
74	CONE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNID.	CX	15
75	CONE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 PONTAS.	CX	15
76	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 15-40 CALIBRADA.	CX	15
77	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 15-40.	CX	15
78	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 28 MM F-MED.	CX	15
79	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 28 MM MEDIUM.	CX	15
80	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 45-80 CALIBRADA.	CX	15
81	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA 45-80.	CX	15
82	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA FINO.	CX	15
83	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 2 SÉRIE.	CX	15
84	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA R-8.	CX	15
85	CONE PONTAS DE GUTAPERCHA RS (GROSSO, MÉDIO, FINO).	CX	15
86	CONE PRINCIPAL Nº 15-40 28 MM C/ 120 PONTAS.	CX	15
87	CONE PRINCIPAL Nº 45-80 28 MM C/ 120 PONTAS.	CX	15
88	CONE PRINCIPAL RS 28 MM C/ 120 PONTAS RS.	CX	15
89	CONE SECUNDÁRIO 1ª SÉRIE (15-40) C/ 120 PONTAS.	CX	15
90	CREME DENTAL C/ 1.500 PPM DE FLUOR - TUBO C/ 90gr. CD.	UNID	250
91	CUNHAS INTERDENTAIS ANATOMICAS EM MADEIRA COLORIDAS - EMBALAGEM C/ 100 UNID	CX	10
92	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS - COMPOSIÇÃO: PRÓPOLIS 10%, IODOFÓRMIO 5%, CERA DE ABELHA E ESPESANTE. EMBALAGEM: 1 FRASCO 10g OU 2 SERINGAS DE 3g + 3 BICOS APLICADORES.	FR	100
93	DESSENSIBILIZANTE DESENSIBILIZE KF 2% - INDICAÇÃO: GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO QUE LHE CONFEREM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE. SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5G + 1 PONTEIRA.	TB	50
94	EDTA TRISSÓDICO - COMPOSIÇÃO: 30% PH ENTRE 7.0/7.5. INDICAÇÃO: FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 20ml.	FR	30
95	ESCOVA DE ROBSON - PARA CONTRA ÂNGULO, CERDA RETA. COR: BRANCA.	UNID	300
96	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDA MACIAS, 32 TUFOS, CABO RETO INTEIRO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 ESCOVAS.	PCT	250



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

97	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS, CABEÇA PEQUENA, 28 TUFOS, ARREDONDADA, CABO RETO, INTEIRO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 ESCOVAS.	PCT	250
98	ESPELHO CLÍNICO Nº 05 ESPECIAL.	CX	200
99	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA. ORIGEM PORCINA. ESTERELIZADA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNID, MED. APROX: 1cm x 1cm x 1cm.	CX	100
100	EVIDENCIADOR DE PLACAS BACTERIANAS - PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA À BASE DE FUCSINA BÁSICA. EMBALAGEM: FRASCO C/ 120 PASTILHAS.	POTE	50
101	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL INFANTIL - CARACTERÍSTICA: TAMANHO: 22mm x 35mm. VELOCIDADE F – (INTERMEDIÁRIA). DIMINUI A EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO: EM 20% EM RELAÇÃO AO FILME CARESTREAM VELOCIDADE E E EM 60% EM RELAÇÃO AOS FILMES DE VELOCIDADE D. INDICAÇÃO: CONSEGUIE DIAGNOSTICAR: CÁRIES, LESÕES PERIODONTAIS, ABSORÇÃO ÓSSEA, TRATAMENTO DE CANAL; É POSSÍVEL OBTER IMAGENS NÍTIDAS E DE ALTO CONTRASTES, AO MESMO TEMPO REDUZINDO A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50
102	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL ADULTO - INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PERIAPICAL. CLASSE DE VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA) - TAMANHO: 3x4cm. EMBALAGEM: CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	50
103	FIO DE SUTURA NYLON - (PRETO) 3-0 COM AGULHA 2 CM. A SUTURA DE NYLON PRETA COM AGULHA CIRURGICA DE AÇO INOX, É UMA SUTURA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. BOA RESISTÊNCIA E ALTA QUALIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES.	CX	80
104	FIO PARA SUTURA NYLON - (PRETO) 4-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 – CARACTERÍSTICA: CTI: 3/8 CIRC. TRG. 2,0cm; TAMANHO DO FIO: 45cm; EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E AGULHA; MONOFILAMENTO PRETO - CLASSE II; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES.	CX	80
105	FIO DE SUTURA NYLON (PRETO) 5-0 COM AGULHA 1.5 CM COM 24 ENVELOPES. A SUTURA DE NYLON PRETA COM AGULHA CIRURGICA DE AÇO INOX, É UMA SUTURA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. BOA RESISTÊNCIA E ALTA QUALIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES.	CX	80
106	FIO DENTAL - DE RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, REGULAR, NEUTRO. EMBALAGEM: ROLO COM 500m	UNID	30
107	FIXADOR RADIOGRÁFICO - COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ml.	FR	120
108	FLUOR EM SACHE 2 GR. EMBALAGEM: POTE COM 500 SACHES.	POTE	25
109	FLUOR TÓPICO EM GEL NEUTRO - FLOURETO DE SÓDIO 2%, AÇÃO EM 1 MINUTO. EMBALAGEM: FRASCO COM 200ml.	FR	100
110	FORMOCRESOL - MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE DENTES DECÍDUOS COM A FINALIDADE DE MUMIFICAR O TECIDO PULPAR. EMBALAGEM: FRASCO COM 10ml.	FR	50
111	GESSO PEDFRA TIPO III, GESSO PEDRA TIPO III - COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CÁLCIO (ALFA HEMIDRATADO) E PIGMENTOS. COR: AMARELA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG. COR AMARELA PCT C/ 1 KG	PCT	150
112	IONÔMERO DE VIDRO - BASE/FORRADOR PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES (AMÁLGAMA, CERÂMICA OU COMPÓSITOS), SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES. SERINGA ANTIGOTEJAMENTO (NDT) QUE IMPEDE A PERDA DE MATERIAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR UNIVERSAL OPACO. EMBALAGEM: SERINGA COM 2,5g	TB	100
113	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR - FOTOATIVADO E RADIOPACO. LIBERAÇÃO DE ÍONS FLUORETOS; TOTAL BIOCMPATIBILIDADE COM O DENTE; INDICADO P/ RESTAURAÇÕES EM DENTES PERMANENTES ANTERIORES E EM DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR: A3. EMBALAGEM: CAIXA COM FRASCO LÍQUIDO 8g + PÓ 15g + ACESSÓRIOS.	KIT	100



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

114	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - ATIVADO QUIMICAMENTE, COM LIBERAÇÃO DE IONS. INDICADO: RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V, REPAROS DE EROSÕES EM REGIÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART), CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. COR: A3. EMBALAGEM: CAIXA COM LÍQUIDO 8G + PÓ 10G + 1 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	KIT	150
115	KIT COMPLETO PARA RESINA – INDICAÇÃO: INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. CARACTERÍSTICA: BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS. EMBALAGEM: KIT COM 12 UNIDADES.	KIT	30
116	LÂMINA BISTURI Nº 12 INOX – INDICAÇÃO: UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	10
117	LÂMINA BISTURI Nº 15 INOX – INDICAÇÃO: UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	10
118	LIMA TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25 MM.	CX	30
119	LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 25MM - SORTIDA Nº 15-40	CX	30
120	LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 25MM - SORTIDA Nº 45-80	CX	30
121	LIMA TIPO KERR 15-40 25 MM.	CX	30
122	LIMA TIPO KERR 21 MM 1ª SÉRIE (15-40) EM AÇO CX C/ 6.	CX	30
123	LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 25 MM EM AÇO CX C/ 6	CX	30
124	LIMA TIPO KERR Nº 08 DE 21 MM EM AÇO CX C/ 6.	CX	30
125	LIMA TIPO KERR Nº 08 DE 25 MM EM AÇO CX C/ 6.	CX	30
126	LIMA TIPO KERR Nº 10 DE 21 MM EM AÇO CX C/ 6.	LT	30
127	LIMA TIPO KERR Nº 10 DE 25 MM EM AÇO CX C/ 6.	CX	30
128	LIQUIDO DE DAKIN - COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO 0,5% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. INDICAÇÃO: DESINFETANTE E ANTISSEPTICO INDICADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 1 LITRO.	FR	150
129	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO - COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE. EMBALAGEM: FRASCO COM 200ml + BICO APLICADOR ANATOMICO.	FR	100
130	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL- MICROBRUSH - INDICAÇÃO: USADO PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS. SÃO EXEMPLOS: APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PREPAROS CAVITÁRIOS. CARACTERÍSTICAS: DESIGN QUE FACILITA A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIO E CONDUTOS RADICULARES, DOBRAVEL EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°, PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES MANTÊM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR.. EMBALAGEM: TUBO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES.	POTE	200
131	MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR - INDICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR. CARACTERÍSTICA: POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA QUE PERMITE MELHOR PERMANÊNCIA DO FLÚOR NA MOLDEIRA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	150
132	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO - INDICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA A MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS NA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E POSSIBILITA A MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES, PARA O ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES E SUPERFÍCIES DENTAIS. COMPOSIÇÃO: PAPEL DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL, PAPEL 100% VEGETAL, ESPESSURA DE 100 MICRA, MEDIDAS: 8,7CM X 1,8CM. EMBALAGEM: BLOCO COM 12 UNIDADES.	BLOCO	50



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

133	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC – PASTA PARA ENDO. COMPOSIÇÃO: PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTA CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA QUE LHE PERMITE ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE E IMPEDE A RÁPIDA REABSORÇÃO DE CÁLCIO. HIDROSSOLÚVEL E PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO. INDICAÇÃO: CURATIVO DE DEMORA ENTRE SEÇÕES CLÍNICAS, COMO CURATIVO EXPECTANTE COMO TAMPÃO APICAL E NA PREVENÇÃO DAS ABSORÇÕES CERVICAIS. EMBALAGEM: ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E COM PMCC E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA.	KIT	50
134	PASTA DE ZINCO ENÓLICA - LYSANDA - COMPOSIÇÃO: EUGENOL, ÓXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, ÓLEO VEGETAL E CORANTE. INDICAÇÃO: PASTA DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS DESDENTADAS. TRAZ MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE, NÃO IRRITANDO A MUCOSA BUCAL, E NÃO POSSUINDO SABOR DESAGRADÁVEL. EXCELENTE MANIPULAÇÃO, POIS TEM ADESÃO PERFEITA A MOLDEIRA, E NÃO ADERE A MUCOSA BUCAL OU AS MÃOS DO DENTISTA APÓS ENDURECIMENTO, ALÉM DE REPRODUZIR COM FIDELIDADE OS DETALHES DA MUCOSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 PASTA CATALIZADORA COM 60G + 1 PASTA BASE COM 60G.	KIT	3
135	PASTA PROFILÁTICA DENTAL – COMPOSIÇÃO: PEDRA POMES MICROGRANULADA, COM FLÚOR É IDEAL PARA OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PIGMENTAÇÕES EXTRÍNSECAS SEM QUE A INTEGRIDADE DO ESMALTE SEJA COMPROMETIDA. SABOR: TUTTI-FRUTTI. INDICAÇÃO: ELIMINA MANCHAS E PIGMENTAÇÕES SEM CAUSAR DANOS AO ESMALTE, ELIMINA A PLACA BACTERIANA E PRODUZ UMA SUPERFÍCIE MAIS LISA, O QUE DIFICULTA O ACÚMULO DE PLACA BACTERIANA E CÁLCULO DENTAL. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 TUBO DE 50G.	UNID	50
136	PEDRA POMES EXTRA FINA – COMPOSIÇÃO: MASSA POROSA ACINZENTADA MUITO LEVE, ÁSPERA E INALTERÁVEL AO AR, INODORA E INSÍPIDA. INDICAÇÃO: ABRASIVO E EMPREGADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM: POTE COM 100g.	POTE	30
137	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% - COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%, SOLUÇÃO AQUOSA QSP (SEM FLAVORIZANTE). INDICAÇÃO: ANTISSÉPTICO E ANTIBACTERIANO, TRATA FERIDAS NA BOCA COMO AFTAS E GENGIVITE. SABOR: MENTA. EMBALAGEM: FRASCO COM 1 LITRO.	LT	200
138	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 50M – CARACTERÍSTICA: BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM², COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMALDEÍDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.	UNID	80
139	RESINA MICRO-HÍBRIDA - COR B1. COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL. CARACTERÍSTICAS: RESINA COMPOSTA, PREENCHIMENTO: 2,5MM, ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, O QUE POSSIBILITA SEU USO EM ÁREAS EXTENSAS E SUJEITAS A GRANDE ESFORÇO MASTIGATÓRIO, MATERIAL COM ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA, EFEITO CAMALEÔNICO: IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO A CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES COM BOA ESTÉTICA, ATRAVÉS DE TÉCNICA SIMPLIFICADA, CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, SISTEMA DE CORES SIMPLIFICADO: TOTAL DE 12 CORES MAIS UTILIZADAS NO DIA A DIA, MAIOR FLUORESCÊNCIA, ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. INDICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. EMBALAGEM: SERINGA COM 4g.	TB	150



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Planejamento

140	RESINA MICRO-HÍBRIDA - COR A2. COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL. CARACTERÍSTICAS: RESINA COMPOSTA, PREENCHIMENTO: 2,5MM, ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, O QUE POSSIBILITA SEU USO EM ÁREAS EXTENSAS E SUJEITAS A GRANDE ESFORÇO MASTIGATÓRIO, MATERIAL COM ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA, EFEITO CAMALEÃO: IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO A CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES COM BOA ESTÉTICA, ATRAVÉS DE TÉCNICA SIMPLIFICADA, CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, SISTEMA DE CORES SIMPLIFICADO: TOTAL DE 12 CORES MAIS UTILIZADAS NO DIA A DIA, MAIOR FLUORESCÊNCIA, ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. INDICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. EMBALAGEM: SERINGA COM 4g.	TB	150
141	RESINA MICRO-HÍBRIDA - COR A3. COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL. CARACTERÍSTICAS: RESINA COMPOSTA, PREENCHIMENTO: 2,5MM, ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, O QUE POSSIBILITA SEU USO EM ÁREAS EXTENSAS E SUJEITAS A GRANDE ESFORÇO MASTIGATÓRIO, MATERIAL COM ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA, EFEITO CAMALEÃO: IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO A CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES COM BOA ESTÉTICA, ATRAVÉS DE TÉCNICA SIMPLIFICADA, CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, SISTEMA DE CORES SIMPLIFICADO: TOTAL DE 12 CORES MAIS UTILIZADAS NO DIA A DIA, MAIOR FLUORESCÊNCIA, ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. INDICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. EMBALAGEM: SERINGA COM 4g.	TB	150
142	RESINA MICRO-HÍBRIDA - COR A3,5. COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL. CARACTERÍSTICAS: RESINA COMPOSTA, PREENCHIMENTO: 2,5MM, ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, O QUE POSSIBILITA SEU USO EM ÁREAS EXTENSAS E SUJEITAS A GRANDE ESFORÇO MASTIGATÓRIO, MATERIAL COM ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA, EFEITO CAMALEÃO: IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO A CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES COM BOA ESTÉTICA, ATRAVÉS DE TÉCNICA SIMPLIFICADA, CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, SISTEMA DE CORES SIMPLIFICADO: TOTAL DE 12 CORES MAIS UTILIZADAS NO DIA A DIA, MAIOR FLUORESCÊNCIA, ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. INDICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. EMBALAGEM: SERINGA COM 4g.	TB	150
143	REVELADOR RADIOGRÁFICO - COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. INDICAÇÃO: INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAI. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML.	FR	120
144	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL – COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO COM FIBRAS NATURAIS, 100% PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, LEVEMENTE GOMADO POR INTERMÉDIO DE TRATAMENTO ESPECIAL. POSSUI GRANDE PODER DE ABSORÇÃO E MACIEZ. INDICAÇÃO: INDICADA PARA USO EM TRATAMENTO DENTÁRIO. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	600



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

145	SELANTE FLUOROSHIELD MATIZADO – INDICAÇÕES: INDICADO COMO SELANTE DE FISSURAS DA FACE DE DENTES POSTERIORES QUE APRESENTAM ANATOMIA COMPLEXA, EM PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS. CARACTERÍSTICA: * BARREIRA MECÂNICA FORMADA PELA RESINA, LIBERA FLÚOR PARA AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS, REDUZINDO OS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL. PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES. PERMITE APLICAÇÕES FÁCEIS, MAIS PRECISAS E RÁPIDAS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO. MAIOR DURABILIDADE, POSSIBILITANDO O USO NAS TÉCNICAS TRADICIONAIS E NA TÉCNICA INVASIVA. LIBERA FLÚOR. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS. EMBALAGEM: KIT COM 5 SELANTES DE 2G CADA, 1 CONDICIONADOR DENTAL GEL 3ML E 20 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS.	KIT	150
146	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% - COMPOSIÇÃO: CADA 100ML DA SOLUÇÃO COM TENSOATIVO CONTÉM: 2,0g DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. EXCIPIENTES: GLICERINA, ÓXIDO DE ALQUIL DIMETIL AMINA, ÁLCOOL HIDROXIETILCELULOSE, ESSÊNCIA FLORAL, CORANTE AMARELO E ÁGUA PURIFICADA. INDICAÇÃO: DESTINADO PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM: FRASCO COM 100ml.	FR	100
147	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOSTOP – INDICAÇÃO: AUXILIA NA HEMOSTASIA E SUA UTILIZAÇÃO CONJUNTA COM FIOS DE RETRAÇÃO GENGIVAL É ALTAMENTE RECOMENDADA, DEVIDO À PRESENÇA DO CLORETO DE ALUMÍNIO QUE PROVOCA UMA CONTRAÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE PELA PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS, É INDICADO PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS, NÃO CONTÉM EPINEFRINA EM SUA FORMULAÇÃO, TECIDOS ACONDICIONADOS SE RESTABECEM DENTRO DE 1 HORA. EMBALAGEM: FRASCO COM 10ml.	FR	100
148	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL – INDICAÇÃO: SUGADOR/ASPIRADOR SUÇÃO DE LÍQUIDOS DURANTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS ENDODÔNTICOS. COMPOSIÇÃO: SUGADOR CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO QUE PERMITE UM POSICIONAMENTO FIXO. EMBALAGM: PACOTE COM 20 UNIDADES.	PCT	80
149	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL – INDICAÇÃO: SUÇÃO DE LÍQUIDOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO, PONTEIRA É DESENVOLVIDA EM PVC COLORIDO. EMBALAGEM: PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	800
150	SUSPENSÃO OTOLÓGICA - (SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA, HIDROCORTISONA ) - EMBALAGEM: FRASCO DE 10ML.	FR	100
151	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO – INDICAÇÃO: UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL. EMBALAGEM: COM 1 UNIDADE.	UNID	200
152	TESTE DE VITALIDADE PULPA – ENDO ICE SPRAY – INDICAÇÃO: EXCLUSIVO PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES, COMPLEMENTO COM DIAGNÓSTICO DE RADIOGRAFIA, DIAGNÓSTICO PRECISO NA VITALIDADE DO DENTE. CARACTERÍSTICAS: ODOUR MENTOLADO, SUA COMPOSIÇÃO PERMITE EFICÁCIA NO DIAGNÓSTICO POR APRESENTAR AGENTES DE RESFRIAMENTO, TEMPERATURA - 50º C. EMBALAGEM: FRASCO COM 200ml.	FR	30
153	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO - CADA I.B. CLEAN-TEST POSSUI UM DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953; ESSE DISCO É ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO FRASCO DE CULTURA; O FRASCO TAMBÉM CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA; A PRODUÇÃO DE ÁCIDO ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE ESPOROS CAUSA MUDANÇA DE COR DO MEIO DE CULTURA DE ROXO PARA AMARELO, FACILITANDO A DETECÇÃO DO CRESCIMENTO. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	100
154	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM - INDICAÇÃO: UTILIZADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PRÓXIMAS DAS RESTAURAÇÕES. PARA SEREM USADAS EM COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMALGAMAS. 13 CM COMPRIMENTO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNID.	CX	50



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

155	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO – INDICAÇÃO: UTILIZADA NA REGULARIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS A BASE DE RESINAS COMPOSTAS. CARACTERÍSTICA: SÃO FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTO RNO DAS REGIÕES PROXIMAIS, SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO, SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES, AUTOCLAVÁVEL, ESPESSURA: 4.0 MM, COMPRIMENTO: 170MM, GRANULOMETRIA: 240/320. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	50
156	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICO – INDICAÇÃO: A TIRA DE POLIÉSTER É INDICADA PARA SEPARAR O DENTE A SER RESTAURADO DO DENTE VIZINHO. TEM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS. CARACTERÍSTICA: FLEXÍVEL, MAIOR DURABILIDADE, COMPRIMENTO DE 120MM, LARGURA DE 10MM, ESPESSURA DE 0,05MM. EMBALAGEM: ENVELOPE COM 50 UNIDADES.	ENVELOPE	50
157	TRICRESOL FORMALINA – INDICAÇÃO: ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR, O PRODUTO É UM ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL, ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO ASSIM, A EFICÁCIA MÁXIMA DO PRODUTO. EMBALAGEM: FRASCO COM 10ml.	FR	50
158	VASELINA SÓLIDA POMADA HIDRATANTE E EMOLIENTE – COMPOSIÇÃO: 100 % VASELINA. INDICAÇÃO: A VASELINA TEM COMO FUNÇÃO CRIAR UMA PELÍCULA SOBRE A PELE, EVITANDO A PERDA DE ÁGUA TRANSEPIDÉRMICA. ELA É CONSIDERADA HIDRATANTE JUSTAMENTE POR FAZER ESSA CAMADA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM: 01 BISNAGA DE 30gr.	TB	30
159	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR – INDICAÇÃO: FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS. PARA USO NAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS. CARACTERÍSTICA: TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO. EMBALAGEM: 1 FRASCO COM 10ML + 1 FRASCO DE SOLVENTE COM 10ML. (ÁLCOOL ETÍLICO).	KIT	50
160	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES CAVITINE – INDICAÇÃO: VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA É UTILIZADO PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES À AMÁLGAMA E CIMENTO, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS E EVITA A DESCOLORAÇÃO. CARACTERÍSTICA: É UM VERNIZ DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES QUE TEM CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO E CIMENTAÇÃO, REDUZINDO A SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA, A SUPERFÍCIE TRATADA COM CAVITINE FICA RECOBERTA COM UMA FINA PELÍCULA QUE ISOLA E PROTEGE TÉRMICA E QUIMICAMENTE A POLPA DENTÁRIA, SEU USO É INDISPENSÁVEL NAS FORRAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SOB AS RESTAURAÇÕES A SILICATO, CAVITINE TAMBÉM É COMPÁTIVEL COM AS RESINAS COMPOSTAS, LÍQUIDO CLARO LIGEIRAMENTE AMARELADO COM ODO R CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: FRASCO COM 15ml.	FR	50
161	AUTOCLAVE 21 LITROS - CARACTERÍSTICA: DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE; TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.	UNID	10



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

162	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE – AVENTAL RX PARA PACIENTE ADULTO - TAMANHO IDEAL (85X60CM) AVENTAL PLUMBÍFERO IDEAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CLÍNICA RADIOLÓGICA AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE TAMANHO DE 85X60 CM E 0,25MM DE CHUMBO ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) INDICAÇÃO: - PROTEÇÃO DO PACIENTE EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL. CARACTERÍSTICAS: - USO PROFISSIONAL; - POSSUI PROTETOR DE TIREÓIDE; - FECHAMENTO NO PESCOÇO EM VELCRO; - EQUIVALÊNCIA EM PB: 0,25MM; - TAMANHO: 85 X 60CM; - MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA; - ACABAMENTO EM POLYKROY ESPECIAL (CORINO ESPECIAL), FITAS DE NYLON E VELKRO; - CORES DISPONÍVEIS: AZUL MARINHO, AZUL ODONTO, CINZA CLARO, CINZA E VERDE ODONTO.	UNID	10
163	BANDEJA AÇO INOX 22 x 9 x 1,5cm	UNID	50
164	BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS – CARACTERÍSTICA: COR: PRATA; 60 FUROS. INDICAÇÕES: PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS.	UNID	10
165	CABO P/ BISTURI 03 - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; UTILIZADO EM LÂMINAS N° 11, 12, 15 E 15C; TAMANHO: 13 CM;	UNID	30
166	CABO PARA ESPELHO – CARACTERÍSTICA: INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, PROLONGANDO O ALCANCE.	UNID	50
167	CÂMARA ESCURA – INDICAÇÃO: PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS. CARACTERÍSTICAS: CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP) - VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ - BASE REMOVÍVEL - ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO - PESO BRUTO: 1,130 G - DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA).	UNID	10
168	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - CARACTERÍSTICA: SPRAY TRIPLO; CONEXÃO BORDEN; PRESSÃO 30 A 35 IB; AUTOCLAVAVEL ATÉ 135°C;	UNID	20
169	COLGADURA INDIVIDUAL – INDICAÇÃO: PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. INOX INDIVIDUAL.	UNID	30
170	CONTRA ÂNGULO - CARACTERÍSTICA: RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1 E 20:1 DUO; GIRO DE 360° SOBRE MICROMOTOR; AUTOCLAVAVEL ATÉ 135°C; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; FIXAÇÃO DA BROCA COM TRAVA DE AÇO TEMPERADO OU BOTÃO DE PRESSÃO.	UNID	20
171	CURETA ESCAVADORA DE DENTINA 17-18 - CARACTERÍSTICA: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL; COMPRIMENTO: 16CM.	UNID	50
172	ESPÁTULA PARA RESINA – CARACTERÍSTICAS: A RESINA NÃO ADERE A ESPÁTULA; DENTÍSTICA RESTAURADORA E ESTÉTICA; RECONSTRUÇÃO DA COROA DENTAL DEVOLVENDO SUA FORMA E FUNÇÃO; PONTAS ESPECIAIS QUE FACILITAM OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15
173	ESPÁTULA SIMPLES N° 24 – CARACTERÍSTICA: MATERIAL EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15
174	FÓRCEPS ADULTO N° 150 – CARACTERÍSTICA: AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UNID	20
175	FÓRCEPS ADULTO N° 151 – CARACTERÍSTICA: AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UNID	20
176	FÓRCEPS ADULTO N° 69 – CARACTERÍSTICA: AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UNID	20
177	FÓRCEPS INFANTIL - CARACTERÍSTICA: AÇO INOX; AUTOCLAVAVEL.	UNID	20
178	FOTOPOLIMERIZADOR – CARACTERÍSTICAS: TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO; TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS; LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE; BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS; RADÍOMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ; PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO; SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA; ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ; PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.	UNID	10



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

179	KIT MACROMODELO CONTENDO: 3 - MACRO DENTES SECCIONADOS DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA CARIE DENTÁRIA; 4 MACRO ARCADA DENTÁRIA INFERIOR COM GENGIVA MÓVEL, DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL; 1 - MACRO ESCOVA DENTAL P/ DEMOSTRAÇÃO E TREINAMENTO; 1 - MACRO MODELO DE ARCADA DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR COM ARTICULADOR.	KIT	5
180	LIMA PARA OSSO 12 – CARACTERÍSTICA: UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO. 18CM. TAMBÉM CONHECIDA COMO LIMA SELDIN. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	UNID	10
181	MACRO ESCOVA DENTAL ULTRA - PARA DEMOSTRAÇÕES DE TÉCNICAS DE ESCOVAÇÃO. COM CABO OPACO (FABRICADO EM PP ATÓXICO) COM APROXIMADAMENTE 34 CM DE COMPRIMENTO, COM 46 TUFOS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM FILEIRAS, APARADAS UNIFORMEMENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO.	UNID	5
182	MICROMOTOR - AUTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXÃO DOS FUROS (BORDEN); ROTAÇÃO CONTROLADA DE 3.000 A 20.000 RPM; AUTOCLAVAVEL ATÉ 135°C; CONSUMO DE AR: 50 A 75 LB.	UNID	20
183	PINÇA CLÍNICA 16CM – CARACTERÍSTICA: POSSUI PONTA SERRILHADA; MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;	UNID	50
184	PLACA DE VIDRO GROSSA – CARACTERÍSTICA: PLACA DE VIDRO GROSSA PARA MANIPULAÇÃO.	UNID	5
185	PONTA DE ULTRASSON G4	UNID	15
186	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM – CARACTERÍSTICA: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO 14 CM;	UNID	10
187	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL – INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMÁLGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA. CARACTERÍSTICA: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 121°C.	UNID	10
188	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL – CARACTERÍSTICA: KIT ADULTO AUTOCLAVÁVEL; PRODUZIDO NA COR BRANCA.	KIT	5
189	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL: AUTOCLAVÁVEL - EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS E INTERPROXIMAIS COM RAPIDEZ E PRECISÃO PELÍCULA RADIOGRÁFICA ENQUADRAMENTO PERFEITO E PRATICIDADE INDICAÇÃO: - NAS DIVERSAS ÁREAS ODONTOLÓGICAS ONDE EXISTE A NECESSIDADE DE EXECUTAR RADIOGRAFIAS PARA DIAGNÓSTICOS DURANTE OS TRATAMENTOS CLÍNICOS. CARACTERÍSTICAS: - AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135° C; - MODELO INFANTIL. INSTRUÇÕES DE USO: PRENDA O FILME NA ALETA DE PRESSÃO LEVE O POSICIONADOR À BOCA DA MANEIRA QUE O DENTE EM QUESTÃO FIQUE NO CENTRO DA PELÍCULA RADIOGRÁFICA, O PACIENTE DEVE FECHAR A BOCA PARA ESTABILIZAR O POSICIONADOR. NAS RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS ALINHAR O CONE DO APARELHO DE RAIOS-X COM O ANEL DO CONE INDICATOR. NAS RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS A VARETA INDICADORA DO BITE WINGS DEVE PASSAR POR FORA DO CONE DO APARELHO DE RAIOS-X, FICANDO PARALELO AO MESMO E O CONE DO APARELHO DO RAIOS-X DEVE ENCOSTAR NO ÍNDICE DO BITE.	KIT	10
190	POTE DAPPEN DE VIDRO – CARACTERÍSTICAS: VIDRO TRANSPARENTE. INDICAÇÃO: INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E PROTÉTICO.	UNID	20
191	RAIO-X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL 70 KV – CARACTERÍSTICA: PROPORCIONAR RADIOGRAFIAS COM EXCELENTE PADRÃO, ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACIENTE AOS RAIOS X.	UNID	10
192	SELADORA MANUAL - CARACTERÍSTICAS: SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; ESPESURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS.	UNID	10
193	SONDA EXPLORADORA Nº5 – CARACTERÍSTICAS: 01 UNIDADE; B31AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	50
194	SUGADOR CIRURGICO METÁLICO – CARACTERÍSTICA: SUGADOR CIRURGICO METÁLICO É INDICADO PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA.	UNID	50



**MUNICÍPIO DE IVINHEMA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

195	TENTACULA - CARACTERISTICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO 15 CM.	UNID	10
196	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA – CARACTERISTICA: UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS; MATERIAL: AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	10
197	TESOURA IRIS PONTA CURVA - CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 11,5CM; AÇO INOX; CURVA.	UNID	30
198	TESOURA IRIS PONTA RETA - CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 11,5CM; AÇO INOX; RETA.	UNID	30
199	ULTRASSOM JATO ALTRONIC JET CERAMIC - CHAVE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA ULTRASSOM; O EQUIPAMENTO POSSUI SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; POSSUI AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; POSSUI ESCALAR DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITANDO OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA E OUTROS; O EQUIPAMENTO POSSUI UMA CANETA COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO TRANSDUTOR; POSSUI REGISTRO DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA POSSIBILITANDO ADEQUAR-SE A CADA OPERAÇÃO; POSSUI CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; POSSUI PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA, ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; POSSUI SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENOIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÃO DE ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; O EQUIPAMENTO POSSUI DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; POSSUI FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA; POSSUI PEÇA DE MÃO ANATÔMICA, COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; POSSUI PEDAL PARA ACIONAMENTO; POSSUI UM GABINETE RESISTENTE EM PLÁSTICO RESISTENTE.	UNID	10

---

**Zeine Mustafá de Souza Silva**  
**Secretária Municipal de Saúde**