



CNPJ: 18.816.867/0001-85

Itajaí, 10 de Novembro de 2020.

À

Prefeitura de Biguaçu

Ref:Parecer Técnico em relação à impugnação interposta pela empresa MECSUL Ref.: Pregão Presencial nº 91/2020.

Do Recurso:

Análise do questionamento:

Trava elétrica: podemos afirmar que é necessária para facilitar a cirurgia, tendo em vista que o travamento mecânico por pedal, o cirurgião ou a equipe precisam muitas vezes se deslocar e mexer no campo cirúrgico/proteção.

Retração e extensão das pernas através do uso de controle remoto: ajudará a equipe e a segurança do paciente, tendo em vista que, com as pernas retráteis, não há a necessidade de retirar a bandeja que concentra os líquidos no momento em que o paciente está na mesa cirúrgica, tendo como benefício a diminuição de risco de acidentes além de ocasionar mais conforto e agilidade.

Capacidade de carga de 400 kg é de extrema importância, visto que em uma parada cardiorespiratória, a mesa terá que suportar a carga do paciente e a sobrecarga do médico.

Bateria Acompanha a mesa baterias especiais com no mínimo uma semana.”
Mantendo por mais tempo e ainda tem o benefício economico.


Marcas que atendem: MAQUET- MINDRAY- BARRFAB – TRIUMP

Da Análise e Conclusão:

Concluimos que o descritivo será mantido, sendo vantajoso para a instituição, conforme citado.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Diego dos passos Iaczak