RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

AO PREGOEIRO
MUNICÍPIO DE AMAPORÃ - PR

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2026 | SRP Nº 41/2026

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento - ITEM 17 (Ventilador Pulmonar Eletrônico)

REQUERENTE: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 04.187.384/0001-54

Prezada empresa,

Em resposta ao pedido de esclarecimento protocolado em 10/11/2026, informamos que, após consulta à Secretaria Municipal de Saúde (área técnica requisitante), o descritivo do **ITEM 17 - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO** passa a contar com as seguintes especificações mínimas:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Objeto	Valor Unitário	Valor Total
17	01	Und	**Ventilador pulmonar eletrônico.** Microprocessado, projetado especificamente para atendimento de emergência, resgate e transporte intra e extra-hospitalar, portátil, adequado para uso em ambulâncias, aeronaves e unidades de terapia intensiva. O equipamento deve atender, de forma integrada e sem necessidade de troca de módulos internos, a pacientes adultos, pediátricos. Ventilação Controlada a Volume (VCV), Ventilação com Pressão Limitada e Fluxo Contínuo (PLV), modos A/C a volume e SIMV, com ventilação invasiva e não invasiva. Painel e Interface: tela TFT colorida de, no	R$ 34.931,70	R$ 34.931,70

			mínimo, 5,7 polegadas, de fácil higienização, para visualização clara dos parâmetros, alarmes, formas de onda e loops. Parâmetros mínimos: frequência respiratória de 2 a 60 rpm no modo A/C a volume e de 1 a 30 rpm no modo SIMV; volume corrente de 50 a 2.000 mL; pressão controlada de 5 a 60 cmH_2O; PEEP de 0 a 40 cmH_2O, sendo aceitas faixas iguais ou mais amplas. Alimentação por bateria recarregável de lítio com autonomia mínima de 4 horas. Alarmes audiovisuais de alta e baixa pressão, volume corrente alto e baixo, volume minuto alto e baixo, frequência respiratória alta, apneia, desconexão do circuito respiratório, bateria fraca, falha de alimentação e alta e baixa concentração de oxigênio. Monitoramento de pressão, volume e frequência respiratória, com registro de eventos e alarmes. Acompanha: carregador/fonte de alimentação, mochila de transporte, circuito respiratório, tubulações, conexões, filtros compatíveis, suportes e demais acessórios necessários ao funcionamento. Registro vigente na ANVISA. Garantia mínima de 24 meses. Apresentar Catálogo na Proposta.		

Quanto às faixas sugeridas pela empresa (frequência respiratória 1 a 120 rpm, volume corrente 10 a 2.500 mL, pressão controlada 2 a 60 cmH_2O e PEEP 1 a 50 cmH_2O): a Administração define as faixas acima como **valores mínimos** exigidos. Serão aceitos equipamentos com faixas iguais ou mais amplas, desde que atendam integralmente ao mínimo estabelecido.

Da alteração do edital e da nova data da sessão: em razão da complementação do descritivo, que afeta a formulação das propostas, será publicado **adendo ao edital** e **remarcada a sessão pública**, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. O adendo será divulgado nos mesmos meios do edital original.

Amaporã/PR, 11 de novembro de 2026.

Rosangela Alexandre de Andrade
Pregoeira